

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 11/2019 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na Vami požadovaný predmet zákazky „Jednorazový operačný set by-pass“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať Vami definované požiadavky na predmet zákazky.

V rámci PTK boli oslovení 4 potencionálni dodávateľi, z ktorých predložil svoju ponuku 1 potencionálny dodávateľ. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Jednorazový operačný set by-pass

1.2 CPV:

33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Jednorazový operačný set (spotrebný) používaný pri kardiochirurgických operáciách používaný na zabezpečenie krytia pracovnej plochy, operačného poľa a personálu počas operačného zákroku.

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

☐ Áno

☒ Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1	Jednorazový operačný set by-pass	ks	580

3.2 Dostupnosť na trhu:

☒ Bežná dostupnosť

☐ Nie bežná dostupnosť

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Dodávateľ č. 1

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		Lohmann & Rauscher, s.r.o. Jarošová 1 831 03 Bratislava		DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uvedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty		Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	
Položka č.1 - Jednorazový operačný set by-pass		Položka č.1		Položka č.1 - Jednorazový operačný set by-pass	
1.	musí obsahovať nasledovné produkty:	xxx		1.	musí obsahovať nasledovné produkty:
1.1	Produkt č.1 - Operačné krycie obalové rúško stola	spĺňa		1.1	Produkt č.1 - Operačné krycie obalové rúško stola
1.1.1	počet: 1 kus	spĺňa		1.1.1	počet: 1 kus
1.1.2	dvojvrstvová polyetylénová fóliová rúška na stolík potiahnutá polypropylénom, v ktorej musia byť zabalené produkty setu č.2 až č.13	spĺňa		1.1.2	dvojvrstvová polyetylénová fóliová rúška na stolík potiahnutá polypropylénom, v ktorej musia byť zabalené produkty setu č.2 až č.13
1.1.3	musí zabráňovať prepúšťaniu tekutiny	spĺňa		1.1.3	musí zabráňovať prepúšťaniu tekutiny
1.1.4	musí byť extrémne odolná proti roztrhnutiu	spĺňa		1.1.4	musí byť extrémne odolná proti roztrhnutiu
1.1.5	skladanie rúšky musí byť protismerné	spĺňa		1.1.5	skladanie rúšky musí byť protismerné
1.1.6	z dôvodu zabezpečenia sterility pri manipulácii musí byť farebne odlíšená sterilná a nesterilná strana rúšky	spĺňa		1.1.6	z dôvodu zabezpečenia sterility pri manipulácii musí byť farebne odlíšená sterilná a nesterilná strana rúšky
1.1.7	požadovaný rozmer 160 cm x 200 cm (tolerancia ± 10 cm x ± 10 cm)	spĺňa		1.1.7	požadovaný rozmer 160 cm x 200 cm (tolerancia ± 10 cm x ± 10 cm)
1.2	Produkt č.2 - Uterák	spĺňa		1.2	Produkt č.2 - Uterák
1.2.1	počet: 4 kusy	spĺňa		1.2.1	počet: 4 kusy
1.2.2	vysoko savý uterák z netkanej textilie spevnenej za sucha, ktorý sa po jeho namočení nerozpadáva	spĺňa		1.2.2	vysoko savý uterák z netkanej textilie spevnenej za sucha, ktorý sa po jeho namočení nerozpadáva
1.2.3	požadovaný rozmer 30 cm x 38 cm (tolerancia ± 2 cm x ± 2 cm)	spĺňa		1.2.3	požadovaný rozmer 30 cm x 38 cm (tolerancia ± 2 cm x ± 2 cm)
1.3	Produkt č.3 - Plášť typ č.1	spĺňa		1.3	Produkt č.3 - Plášť typ č.1
1.3.1	počet: 1 kus	spĺňa		1.3.1	počet: 1 kus

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

1.3.2	hypoalergénny, bez latexu a kolofónia, určený pre použitie pre výkonový stupeň vysoký a pre vyššiu termofyzickú záťaž	spĺňa	1.3.2	hypoalergénny, bez latexu a kolofónia, určený pre použitie pre výkonový stupeň vysoký a pre vyššiu termofyzickú záťaž
1.3.3	požadovaná dĺžka plášt'a 135 cm (tolerancia ±5 cm)	spĺňa	1.3.3	požadovaná dĺžka plášt'a 135 cm (tolerancia ±5 cm)
1.3.4	požadovaná šírka plášt'a v ramenách 20 cm (tolerancia ±1 cm)	spĺňa	1.3.4	požadovaná šírka plášt'a v ramenách 20 cm (tolerancia ±1 cm)
1.3.5	musí byť vyrobený z materiálu 40% polyester / 60% celulóza (tolerancia ±10% u oboch materiálov), musí byť hypoalergénny, bez latexu a kolofónia	spĺňa	1.3.5	musí byť vyrobený z materiálu 40% polyester / 60% celulóza (tolerancia ±10% u oboch materiálov), musí byť hypoalergénny, bez latexu a kolofónia
1.3.6	požaduje sa pravoľavé zapínanie v oblasti krku s dĺžkou vrchného dielu (pravý diel) 6 cm a spodného dielu (ľavý diel) 13 cm, ktoré bude zabezpečovať bezpečné zapínanie, ktoré sa nesmie počas výkonu roztvárať	spĺňa	1.3.6	požaduje sa pravoľavé zapínanie v oblasti krku s dĺžkou vrchného dielu (pravý diel) 6 cm a spodného dielu (ľavý diel) 13 cm, ktoré bude zabezpečovať bezpečné zapínanie, ktoré sa nesmie počas výkonu roztvárať
1.3.7	požaduje sa manžeta plášt'a s dĺžkou 9 cm (tolerancia ±1 cm), vyrobená z neдрáždivej jemnej polyesterovej tkaniny	spĺňa	1.3.7	požaduje sa manžeta plášt'a s dĺžkou 9 cm (tolerancia ±1 cm), vyrobená z neдрáždivej jemnej polyesterovej tkaniny
1.3.8	požaduje sa konštantná pevnosť v ťahu za sucha a mokra ≤ 40 kPa	spĺňa	1.3.8	požaduje sa konštantná pevnosť v ťahu za sucha a mokra ≤ 40 kPa
1.3.9	požaduje sa uvoľňovanie častíc materiálu plášt'a ≤ 4,0 Log10 (sčítanie častíc)	spĺňa	1.3.9	požaduje sa uvoľňovanie častíc materiálu plášt'a ≤ 4,0 Log10 (sčítanie častíc)
1.3.10	zavinovacie úväzky musia byť v počte 2 ks, pripevnené bezpečnostnou záplatou proti prístupu mikroorganizmov	spĺňa	1.3.10	zavinovacie úväzky musia byť v počte 2 ks, pripevnené bezpečnostnou záplatou proti prístupu mikroorganizmov
1.3.11	jednotlivé diely plášt'a musia byť spojené dvojitém lemom šitia a vrstvenia, pre zabezpečenie absolútnej minimalizácie rizika prístupu mikróbov	spĺňa	1.3.11	jednotlivé diely plášt'a musia byť spojené dvojitém lemom šitia a vrstvenia, pre zabezpečenie absolútnej minimalizácie rizika prístupu mikróbov
1.4	Produkt č.4 - Plášť typ č.2	spĺňa	1.4	Produkt č.4 - Plášť typ č.2
1.4.1	počet: 1 kus	spĺňa	1.4.1	počet: 1 kus
1.4.2	hypoalergénny, bez latexu a kolofónia, určený pre použitie pre výkonový stupeň vysoký a pre vyššiu termofyzickú záťaž	spĺňa	1.4.2	hypoalergénny, bez latexu a kolofónia, určený pre použitie pre výkonový stupeň vysoký a pre vyššiu termofyzickú záťaž
1.4.3	požadovaná dĺžka plášt'a 155 cm (tolerancia ±5 cm)	spĺňa	1.4.3	požadovaná dĺžka plášt'a 155 cm (tolerancia ±5 cm)
1.4.4	požadovaná šírka plášt'a v ramenách 20 cm (tolerancia ±1 cm)	spĺňa	1.4.4	požadovaná šírka plášt'a v ramenách 20 cm (tolerancia ±1 cm)
1.4.5	musí byť vyrobený z materiálu 40% polyester / 60% celulóza (tolerancia ±10% u oboch materiálov), musí byť hypoalergénny, bez latexu a kolofónia	spĺňa	1.4.5	musí byť vyrobený z materiálu 40% polyester / 60% celulóza (tolerancia ±10% u oboch materiálov), musí byť hypoalergénny, bez latexu a kolofónia
1.4.6	požaduje sa pravoľavé zapínanie v oblasti krku s dĺžkou vrchného (pravý diel) 6 cm a spodného (ľavý diel) 13 cm, ktoré bude zabezpečovať bezpečné zapínanie, ktoré sa nesmie počas výkonu roztvárať	spĺňa	1.4.6	požaduje sa pravoľavé zapínanie v oblasti krku s dĺžkou vrchného (pravý diel) 6 cm a spodného (ľavý diel) 13 cm, ktoré bude zabezpečovať bezpečné zapínanie, ktoré sa nesmie počas výkonu roztvárať
1.4.7	požaduje sa manžeta plášt'a s dĺžkou 9 cm (tolerancia ±1 cm), vyrobená z neдрáždivej jemnej polyesterovej tkaniny	spĺňa	1.4.7	požaduje sa manžeta plášt'a s dĺžkou 9 cm (tolerancia ±1 cm), vyrobená z neдрáždivej jemnej polyesterovej tkaniny
1.4.8	požaduje sa konštantná pevnosť v ťahu za sucha a mokra ≤ 40 kPa	spĺňa	1.4.8	požaduje sa konštantná pevnosť v ťahu za sucha a mokra ≤ 40 kPa
1.4.9	požaduje sa uvoľňovanie častíc materiálu plášt'a ≤ 4,0 Log10 (sčítanie častíc)	spĺňa	1.4.9	požaduje sa uvoľňovanie častíc materiálu plášt'a ≤ 4,0 Log10 (sčítanie častíc)
1.4.10	zavinovacie úväzky musia byť v počte 2 ks, pripevnené bezpečnostnou záplatou proti prístupu mikroorganizmov	spĺňa	1.4.10	zavinovacie úväzky musia byť v počte 2 ks, pripevnené bezpečnostnou záplatou proti prístupu mikroorganizmov
1.4.11	jednotlivé diely plášt'a musia byť spojené dvojitém lemom šitia a vrstvenia, pre zabezpečenie absolútnej minimalizácie rizika prístupu mikróbov	spĺňa	1.4.11	jednotlivé diely plášt'a musia byť spojené dvojitém lemom šitia a vrstvenia, pre zabezpečenie absolútnej minimalizácie rizika prístupu mikróbov
1.5	Produkt č.5 - Rukavice typ č.1	spĺňa	1.5	Produkt č.5 - Rukavice typ č.1
1.5.1	počet: 1 pár	spĺňa	1.5.1	počet: 1 pár

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

1.5.2	latexové, bezpúdrové, hypoalergénne, s vnútornou zosieťovanou syntetickou vrstvou, s možnosťou mikrozdrsnených končekov prstov	spĺňa	1.5.2	latexové, bezpúdrové, hypoalergénne, s vnútornou zosieťovanou syntetickou vrstvou, s možnosťou mikrozdrsnených končekov prstov
1.5.3	bielej farby	spĺňa	1.5.3	bielej farby
1.5.4	požadovaná veľkosť č. 6,5	spĺňa	1.5.4	požadovaná veľkosť č. 6,5
1.5.5	požadovaná dĺžka 260 cm (bez tolerancie)	spĺňa	1.5.5	požadovaná dĺžka 260 cm (bez tolerancie)
1.5.6	požaduje sa vnútorná zosieťovaná syntetická vrstva	spĺňa	1.5.6	požaduje sa vnútorná zosieťovaná syntetická vrstva
1.5.7	požadovaná hrúbka steny min. 0,19 mm	spĺňa	1.5.7	požadovaná hrúbka steny min. 0,19 mm
1.5.8	požaduje sa hladkostenný materiál rukavíc	spĺňa	1.5.8	požaduje sa hladkostenný materiál rukavíc
1.5.9	požaduje sa plne anatomický tvar rukavíc so zahnutými prstami zodpovedajúci prirodzenému uvoľnenému držaniu ruky	spĺňa	1.5.9	požaduje sa plne anatomický tvar rukavíc so zahnutými prstami zodpovedajúci prirodzenému uvoľnenému držaniu ruky
1.5.10	požadovaná úroveň kvality AQL 1,0	spĺňa	1.5.10	požadovaná úroveň kvality AQL 1,0
1.6	Produkt č.6 - Rukavice typ č.2	spĺňa	1.6	Produkt č.6 - Rukavice typ č.2
1.6.1	počet: 1 pár	spĺňa	1.6.1	počet: 1 pár
1.6.2	latexové, bezpúdrové, hypoalergénne, s vnútornou zosieťovanou syntetickou vrstvou, s možnosťou mikrozdrsnených končekov prstov	spĺňa	1.6.2	latexové, bezpúdrové, hypoalergénne, s vnútornou zosieťovanou syntetickou vrstvou, s možnosťou mikrozdrsnených končekov prstov
1.6.3	bielej farby	spĺňa	1.6.3	bielej farby
1.6.4	požadovaná veľkosť č. 7,5	spĺňa	1.6.4	požadovaná veľkosť č. 7,5
1.6.5	požadovaná dĺžka 260 cm (bez tolerancie)	spĺňa	1.6.5	požadovaná dĺžka 260 cm (bez tolerancie)
1.6.6	požadovaná hrúbka steny min. 0,19 mm	spĺňa	1.6.6	požadovaná hrúbka steny min. 0,19 mm
1.6.7	požaduje sa hladkostenný materiál rukavíc	spĺňa	1.6.7	požaduje sa hladkostenný materiál rukavíc
1.6.8	požaduje sa plne anatomický tvar rukavíc so zahnutými prstami zodpovedajúci prirodzenému uvoľnenému držaniu ruky	spĺňa	1.6.8	požaduje sa plne anatomický tvar rukavíc so zahnutými prstami zodpovedajúci prirodzenému uvoľnenému držaniu ruky
1.6.9	požadovaná úroveň kvality AQL 1,0	spĺňa	1.6.9	požadovaná úroveň kvality AQL 1,0
1.7	Produkt č.7 - Návlak na inštrumentačný stolík	spĺňa	1.7	Produkt č.7 - Návlak na inštrumentačný stolík
1.7.1	počet: 1 kus	spĺňa	1.7.1	počet: 1 kus
1.7.2	teleskopický skladaný, s antistatickou úpravou	spĺňa	1.7.2	teleskopický skladaný, s antistatickou úpravou
1.7.3	požadovaný rozmer návleku 80 cm x 145 cm (bez tolerancie)	spĺňa	1.7.3	požadovaný rozmer návleku 80 cm x 145 cm (bez tolerancie)
1.7.4	požadovaný rozmer polypropylénovej textílie 75 cm x 90 cm (bez tolerancie), polypropylén musí byť pri námahe odolný voči oddeľovaniu sa od podkladovej polyetylénovej vrstvy	spĺňa	1.7.4	požadovaný rozmer polypropylénovej textílie 75 cm x 90 cm (bez tolerancie), polypropylén musí byť pri námahe odolný voči oddeľovaniu sa od podkladovej polyetylénovej vrstvy

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

1.7.5	požaduje sa, aby materiál polyetylénu bol pevne spojený a pri námahe bol odolný voči oddeľovaniu sa od podkladovej polyetylénovej vrstvy	spĺňa	1.7.5	požaduje sa, aby materiál polyetylénu bol pevne spojený a pri námahe bol odolný voči oddeľovaniu sa od podkladovej polyetylénovej vrstvy
1.8	Produkt č.8 - Krabica s vekom	spĺňa	1.8	Produkt č.8 - Krabica s vekom
1.8.1	počet: 1 kus	spĺňa	1.8.1	počet: 1 kus
1.8.2	musí byť potiahnutá s voskom	spĺňa	1.8.2	musí byť potiahnutá s voskom
1.8.3	musí byť odolná voči navlhnutiu po vložení mokrého materiálu počas zákroku	spĺňa	1.8.3	musí byť odolná voči navlhnutiu po vložení mokrého materiálu počas zákroku
1.8.4	musí obsahovať:	spĺňa	1.8.4	musí obsahovať:
I.	<u>striekačka typ č.1</u>	spĺňa	I.	<u>striekačka typ č.1</u>
I.1	počet: 1 kus	spĺňa	I.1	počet: 1 kus
I.2	luer lock násada	spĺňa	I.2	luer lock násada
I.3	2 - dielna	spĺňa	I.3	2 - dielna
I.4	požadovaný objem 2 ml (bez tolerancie)	spĺňa	I.4	požadovaný objem 2 ml (bez tolerancie)
II.	<u>striekačka typ č.2</u>	spĺňa	II.	<u>striekačka typ č.2</u>
II.1	počet: 1 kus	spĺňa	II.1	počet: 1 kus
II.2	luer lock násada	spĺňa	II.2	luer lock násada
II.3	3 - dielna	spĺňa	II.3	3 - dielna
II.4	požadovaný objem 10 ml (bez tolerancie)	spĺňa	II.4	požadovaný objem 10 ml (bez tolerancie)
III.	<u>striekačka typ č.3</u>	spĺňa	III.	<u>striekačka typ č.3</u>
III.1	počet: 1 kus	spĺňa	III.1	počet: 1 kus
III.2	luer lock násada	spĺňa	III.2	luer lock násada
III.3	2 - dielna	spĺňa	III.3	2 - dielna
III.4	požadovaný objem 20 ml (bez tolerancie)	spĺňa	III.4	požadovaný objem 20 ml (bez tolerancie)
IV.	<u>jednorazová kanyla typ č.1</u>	spĺňa	IV.	<u>jednorazová kanyla typ č.1</u>
IV.1	počet: 1 kus	spĺňa	IV.1	počet: 1 kus
IV.2	požadovaná hrúbka G22	spĺňa	IV.2	požadovaná hrúbka G22
IV.3	požadovaný rozmer 0,7 mm x 30 mm (bez tolerancie)	spĺňa	IV.3	požadovaný rozmer 0,7 mm x 30 mm (bez tolerancie)

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

V.	<u>jednorazová kanyla typ č.2</u>	spĺňa	V.	<u>jednorazová kanyla typ č.2</u>
V.1	počet: 1 kus	spĺňa	V.1	počet: 1 kus
V.2	požadovaná hrúbka G18	spĺňa	V.2	požadovaná hrúbka G18
V.3	požadovaný rozmer 1,2 mm x 40 mm (bez tolerancie)	spĺňa	V.3	požadovaný rozmer 1,2 mm x 40 mm (bez tolerancie)
VI.	<u>skalpel typ č.1</u>	spĺňa	VI.	<u>skalpel typ č.1</u>
VI.1	počet: 1 kus	spĺňa	VI.1	počet: 1 kus
VI.2	požadovaná veľkosť č. 11	spĺňa	VI.2	požadovaná veľkosť č. 11
VI.3	vyrobený z ušľachtilej ocele	spĺňa	VI.3	vyrobený z ušľachtilej ocele
VII.	<u>skalpel typ č.2</u>	spĺňa	VII.	<u>skalpel typ č.2</u>
VII.1	počet: 1 kus	spĺňa	VII.1	počet: 1 kus
VII.2	požadovaná veľkosť č. 20	spĺňa	VII.2	požadovaná veľkosť č. 20
VII.3	vyrobený z ušľachtilej ocele	spĺňa	VII.3	vyrobený z ušľachtilej ocele
VIII.	<u>odsávací hadica</u>	spĺňa	VIII.	<u>odsávací hadica</u>
VIII.1	počet: 1 kus	spĺňa	VIII.1	počet: 1 kus
VIII.2	s variabilnými koncovkami po oboch stranách na napojenie odsávača PVC a odsávacieho vaku, ktoré neprepúšťajú tekutinu	spĺňa	VIII.2	s variabilnými koncovkami po oboch stranách na napojenie odsávača PVC a odsávacieho vaku, ktoré neprepúšťajú tekutinu
VIII.3	požadovaná veľkosť CH:25	spĺňa	VIII.3	požadovaná veľkosť CH:25
VIII.4	požadovaná dĺžka min. 300 cm	spĺňa	VIII.4	požadovaná dĺžka min. 300 cm
1.9	Produkt č.9 - Ortopedický návlék na nohu	spĺňa	1.9	Produkt č.9 - Ortopedický návlék na nohu
1.9.1	počet: 1 kus	spĺňa	1.9.1	počet: 1 kus
1.9.2	vyrobený z polyetylénovej fólie potiahnutej polypropylénovou vrstvou	spĺňa	1.9.2	vyrobený z polyetylénovej fólie potiahnutej polypropylénovou vrstvou
1.9.3	požadovaný rozmer 33 cm x 55 cm (tolerancia ±2 cm x ±2 cm)	spĺňa	1.9.3	požadovaný rozmer 33 cm x 55 cm (tolerancia ±2 cm x ±2 cm)
1.10	Produkt č.10 - Lepiací pásik	spĺňa	1.10	Produkt č.10 - Lepiací pásik
1.10.1	počet: 1 kus	spĺňa	1.10.1	počet: 1 kus
1.10.2	polyetylénový, zabalený v silikónovom obale a vložený do návléku na nohu	spĺňa	1.10.2	polyetylénový, zabalený v silikónovom obale a vložený do návléku na nohu
1.10.3	požadovaný rozmer 9 cm x 50 cm (tolerancia ±1 cm x ±1 cm)	spĺňa	1.10.3	požadovaný rozmer 9 cm x 50 cm (tolerancia ±1 cm x ±1 cm)

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

1.11	Produkt č.11 - Operačná rúška s lepením typ č.1	spĺňa	1.11	Produkt č.11 - Operačná rúška s lepením typ č.1
1.11.1	počet: 1 kus	spĺňa	1.11.1	počet: 1 kus
1.11.2	vyrobená z dvojvrstvového materiálu z polypropylénu napolyetylénovej fólii, pričom materiál rúšky neodráža lúče svetelnej operačnej lampy	spĺňa	1.11.2	vyrobená z dvojvrstvového materiálu z polypropylénu napolyetylénovej fólii, pričom materiál rúšky neodráža lúče svetelnej operačnej lampy
1.11.3	požaduje sa minimálna pevnosť v ťahu rúšky za sucha a mokra pozdĺžne 102 N a priečne 55 N (testované EN 29073-3, norma 13795)	spĺňa	1.11.3	požaduje sa minimálna pevnosť v ťahu rúšky za sucha a mokra pozdĺžne 102 N a priečne 55 N (testované EN 29073-3, norma 13795)
1.11.4	požaduje sa rýchlosť sania min. 80% (v súlade s normou ISO 9073-11)	spĺňa	1.11.4	požaduje sa rýchlosť sania min. 80% (v súlade s normou ISO 9073-11)
1.11.5	požaduje sa absorpčná schopnosť min. 250 ml/m2	spĺňa	1.11.5	požaduje sa absorpčná schopnosť min. 250 ml/m2
1.11.6	rúška musí nasávať tekutiny po celej ploche	spĺňa	1.11.6	rúška musí nasávať tekutiny po celej ploche
1.11.7	požaduje sa lepiaci okraj o šírke min. 4,5 cm max. 6 cm	spĺňa	1.11.7	požaduje sa lepiaci okraj o šírke min. 4,5 cm max. 6 cm
1.11.8	pre zabezpečenie rýchlej manipulácie pri príprave výkonu sa požaduje úchopová časť adhezívnej pásky v šírke 2 cm x 5 cm (bez tolerancie) na ukončení	spĺňa	1.11.8	pre zabezpečenie rýchlej manipulácie pri príprave výkonu sa požaduje úchopová časť adhezívnej pásky v šírke 2 cm x 5 cm (bez tolerancie) na ukončení
1.11.9	požaduje sa trojdielne lepenie v rozmedzí 15 cm, 70 cm, 15 cm (bez tolerancie)	spĺňa	1.11.9	požaduje sa trojdielne lepenie v rozmedzí 15 cm, 70 cm, 15 cm (bez tolerancie)
1.11.10	požadovaný rozmer rúšky 160 cm x 250 cm (tolerancia ± 10 cm x ± 10 cm)	spĺňa	1.11.10	požadovaný rozmer rúšky 160 cm x 250 cm (tolerancia ± 10 cm x ± 10 cm)
1.11.11	lepiaci materiál rúšky sa v prípade zlepenia musí dať opätovne rozlepiť bez roztrhnutia, resp. iného poškodenia materiálu rúšky	spĺňa	1.11.11	lepiaci materiál rúšky sa v prípade zlepenia musí dať opätovne rozlepiť bez roztrhnutia, resp. iného poškodenia materiálu rúšky
1.11.12	požaduje sa označenie rúšky konštantnými piktogramami pre redukciu úpravy operačného procesu: prvý krok, pozícia rúška	spĺňa	1.11.12	požaduje sa označenie rúšky konštantnými piktogramami pre redukciu úpravy operačného procesu: prvý krok, pozícia rúška
1.12	Produkt č.12 - Operačná rúška s lepením typ č.2	spĺňa	1.12	Produkt č.12 - Operačná rúška s lepením typ č.2
1.12.1	počet: 1 kus	spĺňa	1.12.1	počet: 1 kus
1.12.2	vyrobená z dvojvrstvového materiálu z polypropylénu na polyetylénovej fólii, pričom materiál rúšky neodráža lúče svetelnej operačnej lampy	spĺňa	1.12.2	vyrobená z dvojvrstvového materiálu z polypropylénu na polyetylénovej fólii, pričom materiál rúšky neodráža lúče svetelnej operačnej lampy
1.12.3	požaduje sa minimálna pevnosť v ťahu rúšky za sucha a mokra pozdĺžne 102 N a priečne 55 N (testované EN 29073-3, norma 13795)	spĺňa	1.12.3	požaduje sa minimálna pevnosť v ťahu rúšky za sucha a mokra pozdĺžne 102 N a priečne 55 N (testované EN 29073-3, norma 13795)
1.12.4	požaduje sa rýchlosť sania min. 80% (v súlade s normou ISO 9073-11)	spĺňa	1.12.4	požaduje sa rýchlosť sania min. 80% (v súlade s normou ISO 9073-11)
1.12.5	požaduje sa absorpčná schopnosť min. 250 ml/m2	spĺňa	1.12.5	požaduje sa absorpčná schopnosť min. 250 ml/m2
1.12.6	rúška musí nasávať tekutiny po celej ploche	spĺňa	1.12.6	rúška musí nasávať tekutiny po celej ploche
1.12.7	požaduje sa lepiaci okraj o šírke min. 4,5 cm max. 6 cm	spĺňa	1.12.7	požaduje sa lepiaci okraj o šírke min. 4,5 cm max. 6 cm
1.12.8	pre zabezpečenie rýchlej manipulácie pri príprave výkonu sa požaduje úchopová časť adhezívnej pásky v šírke 2 cm x 5 cm (bez tolerancie) na ukončení	spĺňa	1.12.8	pre zabezpečenie rýchlej manipulácie pri príprave výkonu sa požaduje úchopová časť adhezívnej pásky v šírke 2 cm x 5 cm (bez tolerancie) na ukončení
1.12.9	požadovaný rozmer rúšky 75 cm x 90 cm (tolerancia $\pm 7,5$ cm x ± 9 cm)	spĺňa	1.12.9	požadovaný rozmer rúšky 75 cm x 90 cm (tolerancia $\pm 7,5$ cm x ± 9 cm)
1.12.10	lepiaci materiál rúšky sa v prípade zlepenia musí dať opätovne rozlepiť bez roztrhnutia, resp. iného poškodenia materiálu rúšky	spĺňa	1.12.10	lepiaci materiál rúšky sa v prípade zlepenia musí dať opätovne rozlepiť bez roztrhnutia, resp. iného poškodenia materiálu rúšky

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

1.13	Produkt č.13 - Operačná rúška v tvare U	spĺňa	1.13	Produkt č.13 - Operačná rúška v tvare U
1.13.1	počet: 1 kus	spĺňa	1.13.1	počet: 1 kus
1.13.2	vyrobená z trojvrstvového materiálu z polypropylénu na polyetylénovej fólii, pričom materiál rúšky neodráža lúče svetelnej operačnej lampy	spĺňa	1.13.2	vyrobená z trojvrstvového materiálu z polypropylénu na polyetylénovej fólii, pričom materiál rúšky neodráža lúče svetelnej operačnej lampy
1.13.3	s otvorom v tvare U - s trojdielnym lepením kopírujúcim otvor po celom obvode nástrihu so šírkou min. 4,5 cm max. 6 cm	spĺňa	1.13.3	s otvorom v tvare U - s trojdielnym lepením kopírujúcim otvor po celom obvode nástrihu so šírkou min. 4,5 cm max. 6 cm
1.13.4	požadovaný rozmer rúšky 260 cm x 225 cm (tolerancia ±10 cm x ±10 cm)	spĺňa	1.13.4	požadovaný rozmer rúšky 260 cm x 225 cm (tolerancia ±10 cm x ±10 cm)
1.13.5	požadovaný rozmer U nástrihu 10 cm x 100 cm (bez tolerancie)	spĺňa	1.13.5	požadovaný rozmer U nástrihu 10 cm x 100 cm (bez tolerancie)
1.13.6	požaduje sa v oblasti U nástrihu zosilnená polypropylénová vrstva v rozmere 50 cm x 100 cm, pričom zosilnená oblasť musí byť vo výške 45 cm (tolerancia ±2 cm) od horného okraja	spĺňa	1.13.6	požaduje sa v oblasti U nástrihu zosilnená polypropylénová vrstva v rozmere 50 cm x 100 cm, pričom zosilnená oblasť musí byť vo výške 45 cm (tolerancia ±2 cm) od horného okraja
1.13.7	požaduje sa, aby zosilnená vrstva na PE fólii bola nanesená v množstve 30 + 50 g/m2 polypropylénového materiálu	spĺňa	1.13.7	požaduje sa, aby zosilnená vrstva na PE fólii bola nanesená v množstve 30 + 50 g/m2 polypropylénového materiálu
1.13.8	požaduje sa absorpčná schopnosť rúšky v oblasti operačného poľa min. 405 ml/m2	spĺňa	1.13.8	požaduje sa absorpčná schopnosť rúšky v oblasti operačného poľa min. 405 ml/m2
1.13.9	požaduje sa minimálna pevnosť v ťahu rúšky za sucha a mokrapozdĺžne 180 N a priečne 80 N (aj pri nasatí PE podkladu tekutinou)	spĺňa	1.13.9	požaduje sa minimálna pevnosť v ťahu rúšky za sucha a mokrapozdĺžne 180 N a priečne 80 N (aj pri nasatí PE podkladu tekutinou)
1.13.10	pre zabezpečenie rýchlej manipulácie pri príprave výkonu sa požaduje úchopová časť adhezívnej pásky v šírke 2 cm x 5 cm (bez tolerancie) na ukončení	spĺňa	1.13.10	pre zabezpečenie rýchlej manipulácie pri príprave výkonu sa požaduje úchopová časť adhezívnej pásky v šírke 2 cm x 5 cm (bez tolerancie) na ukončení
1.13.11	rúška musí mať vysokú schopnosť kopírovať kónickú časť tela v oblasti operačného poľa	spĺňa	1.13.11	rúška musí mať vysokú schopnosť kopírovať kónickú časť tela v oblasti operačného poľa
1.13.12	lepiaci materiál rúšky sa v prípade zlepenia musí dať opätovne rozlepiť bez roztrhnutia, resp. iného poškodenia materiálu rúšky	spĺňa	1.13.12	lepiaci materiál rúšky sa v prípade zlepenia musí dať opätovne rozlepiť bez roztrhnutia, resp. iného poškodenia materiálu rúšky
1.13.13	požaduje sa označenie rúšky konštantnými piktogramami pre redukciu úpravy operačného procesu: prvý krok, pozícia rúška, nástrihu.	spĺňa	1.13.13	požaduje sa označenie rúšky konštantnými piktogramami pre redukciu úpravy operačného procesu: prvý krok, pozícia rúška, nástrihu.
1.14	Produkt č.14 - Hubka na čistenie koagulácie	spĺňa	1.14	Produkt č.14 - Hubka na čistenie koagulácie
1.14.1	z jednej strany lepiaca fólia na upevnenie k rúškovaniu,	spĺňa	1.14.1	z jednej strany lepiaca fólia na upevnenie k rúškovaniu,
1.14.2	druhá strana čistič koagulácie	spĺňa	1.14.2	druhá strana čistič koagulácie
1.14.3	požadovaná veľkosť 14,5 cm x 14,5 cm (tolerancia ±1 cm)	spĺňa	1.14.3	požadovaná veľkosť 14,5 cm x 14,5 cm (tolerancia ±1 cm)
2.	časti setu musia byť zabalené v sterilnom obale, ktorý musí mať peel otváranie a v poradí časť č. 2,3,5,7,...,14.	spĺňa	2.	časti setu musia byť zabalené v sterilnom obale, ktorý musí mať peel otváranie a v poradí časť č. 2,3,5,7,...,14.
3.	smer ukladania od vrchu: časť č.2,3,5,7,...,14 (spodná časť). To z dôvodu zachovania sterility.	spĺňa	3.	smer ukladania od vrchu: časť č.2,3,5,7,...,14 (spodná časť). To z dôvodu zachovania sterility.
4.	predná strana sterilného obalu musí obsahovať: názov setu, zloženie setu, čiarový kód, expiráciu, dve dokumentačné etikety,	spĺňa	4.	predná strana sterilného obalu musí obsahovať: názov setu, zloženie setu, čiarový kód, expiráciu, dve dokumentačné etikety,
5.	z dôvodu zabezpečenia neporušiteľnosti sterilného obalu počas jeho prepravy a manipulácie sa požaduje jeho balenie ešte v dvoch kartónových obaloch,	spĺňa	5.	z dôvodu zabezpečenia neporušiteľnosti sterilného obalu počas jeho prepravy a manipulácie sa požaduje jeho balenie ešte v dvoch kartónových obaloch,
6.	požaduje sa, aby bol set bez zápachu, sterilizovaný ethylenoxidom,	spĺňa	6.	požaduje sa, aby bol set bez zápachu, sterilizovaný ethylenoxidom,
7.	všetky súčasti setu musia spĺňať požiadavky High-performance štandardu EN 13796.	spĺňa	7.	všetky súčasti setu musia spĺňať požiadavky High-performance štandardu EN 13796.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

5. MINIMÁLNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		Lohmann & Rauscher, s.r.o. Jarošová 1 831 03 Bratislava	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	
Požaduje sa:		Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Požaduje sa:	
1.	Rámcová dohoda sa uzatvára na dohodnuté zmluvné obdobie, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.	akceptujem	1.	Rámcová dohoda sa uzatvára na dohodnuté zmluvné obdobie, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2.	Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.	akceptujem	2.	Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
3.	Požaduje sa dodanie tovaru:	xxx	3.	Požaduje sa dodanie tovaru:
3.1	do 48 hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,	akceptujem	3.1	do 48 hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,
3.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),	akceptujem	3.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
3.3	v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,	akceptujem	3.3	v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,
3.4	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti rámcovej dohody),	akceptujem	3.4	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti rámcovej dohody),
3.5	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	akceptujem	3.5	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
4.	V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).	akceptujem	4.	V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

5.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.	akceptujem	5.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
6.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem	6.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
7.	<p>Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s:</p> <p>a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,</p> <p>b) zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,</p> <p>c) s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, ďalej len "legislatívna zmena ceny",</p> <p>d) s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,</p> <p>e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.,</p> <p>f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej len "zoznamom zdravotnej poisťovne".</p>	akceptujem	7.	<p>Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s:</p> <p>a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,</p> <p>b) zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,</p> <p>c) s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, ďalej len "legislatívna zmena ceny",</p> <p>d) s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,</p> <p>e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.,</p> <p>f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej len "zoznamom zdravotnej poisťovne".</p>
8.	V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 dní od účinnosti zmeny, objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody.	akceptujem	8.	V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 dní od účinnosti zmeny, objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

9.	<p>Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: <p>objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ:</p> <p>9.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknuť ceny.</p> <p>9.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody.</p>	akceptujem	9.	<p>Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: <p>objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ:</p> <p>9.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknuť ceny.</p> <p>9.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody.</p>
10.	<p>V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto rámcovej dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto rámcovej dohody a nižšou cenou.</p>	akceptujem	10.	<p>V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto rámcovej dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto rámcovej dohody a nižšou cenou.</p>
10.1	<p>Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 10. tejto rámcovej dohody.</p>	akceptujem	10.1	<p>Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 10. tejto rámcovej dohody.</p>
11.	<p>V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode od akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody), objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať s výpovednou dobou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.</p>	akceptujem	11.	<p>V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode od akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody), objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať s výpovednou dobou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.</p>
12.	<p>Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien):</p> <ul style="list-style-type: none"> - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov. 	akceptujem	12.	<p>Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien):</p> <ul style="list-style-type: none"> - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

13.	Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.	akceptujem	13.	Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
14.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 8. - 13. tejto časti rámcovej dohody.	akceptujem	14.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 8. - 13. tejto časti rámcovej dohody.
15.	Požaduje sa, aby dodávateľ akceptoval, že objednávatel' si vyhradzuje právo na ukončenie zmluvného vzťahu výpoveďou v lehote siedmich pracovných dní od doručenia výpovede a to z nasledovného dôvodu: - objednávatel' v čase trvania tejto rámcovej dohody pristúpi k uzatvoreniu zmluvy na rovnaký predmet zákazky, ktorá je výsledkom nadlimitnej verejnej súťaže.	akceptujem	15.	Požaduje sa, aby dodávateľ akceptoval, že objednávatel' si vyhradzuje právo na ukončenie zmluvného vzťahu výpoveďou v lehote siedmich pracovných dní od doručenia výpovede a to z nasledovného dôvodu: - objednávatel' v čase trvania tejto rámcovej dohody pristúpi k uzatvoreniu zmluvy na rovnaký predmet zákazky, ktorá je výsledkom nadlimitnej verejnej súťaže.
16.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a je neplatné. Súhlas objednávatel'a je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	akceptujem	16.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a je neplatné. Súhlas objednávatel'a je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
17.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	17.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.