

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ vykonal v **mesiaci 02-03/2020** prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na Vami požadovaný predmet zákazky „**SW umožňujúci modelovanie analýzu mitrálnej a aotrálnej chlopne z dát zosnímaných pri objemovom 4D TEE vyšetrení s použitím znalostných databáz**“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať Vami definované požiadavky na predmet zákazky.

V rámci PTK boli oslovený 1 potencionálny dodávateľ, a ten predložil svoju ponuku. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

SW umožňujúci modelovanie analýzu mitrálnej a aotrálnej chlopne z dát zosnímaných pri objemovom 4D TEE vyšetrení s použitím znalostných databáz

1.2 CPV:

48180000-3 Softvérový balík pre zdravotníctvo

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

SW umožňujúci modelovanie analýzu mitrálnej a aotrálnej chlopne z dát zosnímaných pri objemovom 4D TEE vyšetrení s použitím znalostných databáz.

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

☐ Áno

☒ Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č.1	SW umožňujúci modelovanie analýzu mitrálnej a aotrálnej chlopne z dát zosnímaných pri objemovom 4D TEE vyšetrení s použitím znalostných databáz	ks	1

3.2 Dostupnosť na trhu:

☒ Bežná dostupnosť

☐ Nie bežná dostupnosť

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Dodávateľ č. 1

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		Siemens Healthcare s. r. o. Lamačská cesta 3/A Bratislava 841 04	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		<p>Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty</p>	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položka č.1 - SW umožňujúci modelovanie analýzu mitrálnnej a aotrálnej chlopne z dát zosnímaných pri objemovom 4D TEE vyšetrení s použitím znalostných databáz		Položka č.1	Položka č.1 - Stabilizačný a fixačný systém na prednú stenu srdca
1.	Musí byť kompatibilný a plne funkčný na USG prístroj Siemens Acuson SC 2000.	spĺňa	1. Musí byť kompatibilný a plne funkčný na USG prístroj Siemens Acuson SC 2000.
2.	SW umožňujúci modelovanie a analýzu mitrálnnej a aortálnej chlopne z dát zosnímaných pri objemovom 4D TEE vyšetrení s použitím znalostných databáz	spĺňa	2. SW umožňujúci modelovanie a analýzu mitrálnnej a aortálnej chlopne z dát zosnímaných pri objemovom 4D TEE vyšetrení s použitím znalostných databáz
3.	SW umožňujúci vyšetrenia Stress Echo	spĺňa	3. SW umožňujúci vyšetrenia Stress Echo
4.	SW umožňujúci semi-automatické meranie objemu pravej komory	spĺňa	4. SW umožňujúci semi-automatické meranie objemu pravej komory
5.	SW umožňujúci semi-automatickú kvantifikáciu PISA z objemových dát z farebného dopplera	spĺňa	5. SW umožňujúci semi-automatickú kvantifikáciu PISA z objemových dát z farebného dopplera