

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ vykonal v **mesiaci 9/2020** prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na Vami požadovaný predmet zákazky „**Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem – stentgrafty, fixačný systém a príslušenstvo k nim**“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať Vami definované požiadavky na predmet zákazky.

V rámci prieskumu trhu bolo oslovených 21 potencionálnych dodávateľov, z ktorých **1** predložil svoju ponuku. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk.

Týmto Vás žiadam o posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk vo vzťahu k Vami definovaným pôvodným požiadavkám na predmet zákazky a tým o stanovenie (konečných) súťažných požiadaviek na predmet zákazky.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem – stentgrafty, fixačný systém a príslušenstvo k nim

1.2 CPV:

33111710 - 1 Angiografický spotrebný materiál

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Špeciálny zdravotnícky materiál pre endovaskulárne intervencie (intervenčná vaskulárna angiológia) so zameraním na špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú liečbu aneuryziem hrudnej a brušnej aorty. Stenty s pokrytím na zabezpečenie nepresakovania prietoku krvi mimo požadovaný tok stentgraftom, využívajú sa na liečbu hrudných a brušných alebo kombinovaných aneuryziem, vrátane pánvových výdutí, liečbu akútneho aortálneho syndrómu vrátane disekcie aorty. Špeciálne zavadzače veľkých rozmerov (F) na zavadzanie stentgraftov, schopné zabrániť krvným stratám pri intervencii a ľahkú manipuláciu a implantáciu stentov/stentgraftov a zároveň špeciálny aortálny compliantný balón s možnosťou dilatácie do priemeru 46mm, určený na implantáciu stentgraftov s možnosťou dočasnej blokády toku a fixačný systém na stentgrafty na prevenciu alebo riešenie endoleaku I..

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

- ☐ Áno
☒ Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1	Hrudný stentgraft	ks	24
Položka č. 2	Brušný stentgraft – bifurkačný (telo brušného stentgraftu)	ks	8
Položka č. 3	Brušný stentgraft - predĺžovacie nožičky (kontralaterálne extenzie)	ks	20
Položka č. 4	Brušný stentgraft – predĺžovacie nožičky (pánvové extenzie)	ks	4
Položka č. 5	Brušný stentgraft - brušná extenzia	ks	4
Položka č. 6	Brušný stentgraft – aortálny tubus	ks	2
Položka č. 7	Brušný stentgraft - Aorto-Uni-Iliakálny stentgraft (AUI)	ks	1
Položka č. 8	Fixačný systém na hrudný a brušný stentgraft	ks	1
Položka č. 9	Zavadzače	ks	50
Položka č. 10	PTA balón	ks	30

3.2 Dostupnosť na trhu:

- ☒ Bežná dostupnosť
☐ Nie bežná dostupnosť

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Dodávateľ č. 1

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		TIMED, s.r.o. Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	ODÔVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		<p>Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty</p>	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	
Položka č. 1 - Hrudný stentgraft		Položka č. 1	Položka č. 1 - Hrudný stentgraft	
1.1	Hrudný stentgraft s crossing hydrofilným profilom (D) 22-25 F, s proximálnym aj distálnym diametrom v rozmedzí vrátane 22-46 mm a dĺžkou minimálne v rozmedzí 150 - 200 mm v rovnom prevedení a v zužujúcom prevedení s proximálnym diametrom stentgraftu v rozmedzí vrátane 26 - 46mm a distálnym diametrom v rozmedzí vrátane 22-42 mm, v dĺžke 150 mm a rovné stentgrafty s distálnym kotviacim prstencom v diametroch 22 - 46 mm v dĺžke 100 cm. Stentgrafty majú jednoduché vypúšťanie otočnou rukoväťou, majú nitinolovou koncepciou s dobrou radiálnou silou na adekvátnu príľnavosť a tesnenie graftu.	SPĽŇA	1.1 Hrudný stentgraft s crossing hydrofilným profilom (D) 22-25 F, s proximálnym aj distálnym diametrom v rozmedzí vrátane 22-46 mm a dĺžkou minimálne v rozmedzí 150 - 200 mm v rovnom prevedení a v zužujúcom prevedení s proximálnym diametrom stentgraftu v rozmedzí vrátane 26 - 46mm a distálnym diametrom v rozmedzí vrátane 22-42 mm, v dĺžke 150 mm a rovné stentgrafty s distálnym kotviacim prstencom v diametroch 22 - 46 mm v dĺžke 100 cm. Stentgrafty majú jednoduché vypúšťanie otočnou rukoväťou, majú nitinolovou koncepciou s dobrou radiálnou silou na adekvátnu príľnavosť a tesnenie graftu.	
Položka č. 2 - Brušný stentgraft – bifurkačný (telo brušného stentgraftu)		Položka č. 2	Položka č. 2 - Brušný stentgraft – bifurkačný (telo brušného stentgraftu)	
2.1	Brušný stentgraft s nízkoprofilovým diametrom v priečnomk priemeru graftu v rozmedzí a vrátane 23 mm a 36 mm a dĺžkou tela graftu v rozmedzí vrátane 103 mm a 166 mm, pri minimálnej dĺžke krčka 10 mm a max. infrarenálnej angulácii 75° s možnosťou kombinácie rotačného pohybu a ťahu pri fixácii stentu/stentgraftu.	SPĽŇA	2.1 Brušný stentgraft s nízkoprofilovým diametrom v priečnomk priemeru graftu v rozmedzí a vrátane 23 mm a 36 mm a dĺžkou tela graftu v rozmedzí vrátane 103 mm a 166 mm, pri minimálnej dĺžke krčka 10 mm a max. infrarenálnej angulácii 75° s možnosťou kombinácie rotačného pohybu a ťahu pri fixácii stentu/stentgraftu.	
Položka č. 3 - Brušný stentgraft - predlžovacie nožičky (kontralaterálne extenzie)		Položka č. 3	Položka č. 3 - Brušný stentgraft - predlžovacie nožičky (kontralaterálne extenzie)	
3.1	Musia byť kompatibilné s položkou č. 2 - kontralaterálne extenzie - slúžia na predĺženie a fixáciu hlavného tela stentgraftu v pánvových tepnách, - požadujeme stentgrafty v diametroch proximálneho priemeru 16 mm a distálneho priemeru v rozmedzí vrátane 10 - 28 mm a v dĺžkach v rozmedzí vrátane 82 -199 mm.	SPĽŇA	3.1 Musia byť kompatibilné s položkou č. 2 - kontralaterálne extenzie - slúžia na predĺženie a fixáciu hlavného tela stentgraftu v pánvových tepnách, - požadujeme stentgrafty v diametroch proximálneho priemeru 16 mm a distálneho priemeru v rozmedzí vrátane 10 - 28 mm a v dĺžkach v rozmedzí vrátane 82 -199 mm.	
Položka č. 4 - Brušný stentgraft – predlžovacie nožičky (pánvové extenzie)		Položka č. 4	Položka č. 4 - Brušný stentgraft – predlžovacie nožičky (pánvové extenzie)	
4.1	Musí byť kompatibilný s položkou č. 2 - pánvové extenzie - slúžia na dodatočné predĺženie a fixáciu ipsilaterálneho ramena hlavného tela stentgraftu, ako aj na dodatočné predĺženie kontralaterálnej nožičky v pánvových tepnách, - požadujú sa kompatibilné stentgrafty v diametroch priemeru v rozmedzí vrátane 10 - 28 mm a dĺžkach 82 mm	SPĽŇA	4.1 Musí byť kompatibilný s položkou č. 2 - pánvové extenzie - slúžia na dodatočné predĺženie a fixáciu ipsilaterálneho ramena hlavného tela stentgraftu, ako aj na dodatočné predĺženie kontralaterálnej nožičky v pánvových tepnách, - požadujú sa kompatibilné stentgrafty v diametroch priemeru v rozmedzí vrátane 10 - 28 mm a dĺžkach 82 mm	
Položka č. 5 - Brušný stentgraft - brušná extenzia		Položka č. 5	Položka č. 5 - Brušný stentgraft - brušná extenzia	
5.1	Musí byť kompatibilný s položkou č. 2 - slúži na dodatočné predĺženie a fixáciu hlavného tela stentgraftu v oblasti proximálneho krčka aorty, na prevenciu resp. liečbu endoleaku I, - požaduje sa vo veľkostiach priečneho diametra stentgraftu v rozmedzí vrátane 23 - 36 mm a dĺžky graftu 49 mm	SPĽŇA	5.1 Musí byť kompatibilný s položkou č. 2 - slúži na dodatočné predĺženie a fixáciu hlavného tela stentgraftu v oblasti proximálneho krčka aorty, na prevenciu resp. liečbu endoleaku I, - požaduje sa vo veľkostiach priečneho diametra stentgraftu v rozmedzí vrátane 23 - 36 mm a dĺžky graftu 49 mm	

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Položka č. 6 - Brušný stentgraft – aortálny tubus		Položka č. 6	Položka č. 6 - Brušný stentgraft – aortálny tubus
6.1	Musí byť kompatibilný s položkou č. 2 - slúži na dodatočné predĺženie a fixáciu hlavného tela stentgraftu v oblasti krčka aneuryzmy, resp. na prekrytie fokálnej lézie brušnej aorty, ak sa nevyžaduje implantácia bifurkačného stentgraftu, - požaduje sa vo veľkostiach prierehného diametra stentgraftu v rozmedzí vrátane 23 - 36 mm a dĺžky graftu 70 mm	SPĽŇA	6.1 Musí byť kompatibilný s položkou č. 2 - slúži na dodatočné predĺženie a fixáciu hlavného tela stentgraftu v oblasti krčka aneuryzmy, resp. na prekrytie fokálnej lézie brušnej aorty, ak sa nevyžaduje implantácia bifurkačného stentgraftu, - požaduje sa vo veľkostiach prierehného diametra stentgraftu v rozmedzí vrátane 23 - 36 mm a dĺžky graftu 70 mm
Položka č. 7 - Brušný stentgraft - Aorto-Uni-Iliakálny stentgraft (AUI)		Položka č. 7	Položka č. 7 - Brušný stentgraft - Aorto-Uni-Iliakálny stentgraft (AUI)
7.1	- Služi ako hlavné telo stentgraftu, pri nemožnosti využitia rozdvajenej konfigurácie hlavného tela stentgraftu z rôznych anatomických a chorobných zmien v aorto-iliakálnej oblasti. V požadovaných situáciách sa kombinuje s použitím okludera, - požaduje sa vo veľkostiach prierehného diametra v rozmedzí vrátane 23 - 36 mm s dĺžkou pokrytia 102 mm	SPĽŇA	7.1 - Služi ako hlavné telo stentgraftu, pri nemožnosti využitia rozdvajenej konfigurácie hlavného tela stentgraftu z rôznych anatomických a chorobných zmien v aorto-iliakálnej oblasti. V požadovaných situáciách sa kombinuje s použitím okludera, - požaduje sa vo veľkostiach prierehného diametra v rozmedzí vrátane 23 - 36 mm s dĺžkou pokrytia 102 mm
Položka č. 8 - Fixačný systém na hrudný a brušný stentgraft		Položka č. 8	Položka č. 8 - Fixačný systém na hrudný a brušný stentgraft
8.1	- požaduje sa systém určený na zabezpečenie fixácie a utesnenia medzi endovaskulárnymi stentgraftami a natívnou tepnou na riešenie resp. prevenciu endoleaku I, s vonkajším priemerom závädzača 16F a 18F, pracovnou dĺžkou 62 cm a 90 cm. Systém slúži na rozšírenie radiálnej fixácie alebo utesnenie a na opätovné získanie alebo udržanie adekvátnej separácie aneuryzmy, u pacientov, ktorých stentgrafty už preukázali pohyb alebo vnútorné presakovanie, alebo im hrozí riziko takých komplikácií. Systém sa skladá zo skrutiek-kotvy, uložené v kazete, vodič s obturatorom a aplikátora	SPĽŇA	8.1 - požaduje sa systém určený na zabezpečenie fixácie a utesnenia medzi endovaskulárnymi stentgraftami a natívnou tepnou na riešenie resp. prevenciu endoleaku I, s vonkajším priemerom závädzača 16F a 18F, pracovnou dĺžkou 62 cm a 90 cm. Systém slúži na rozšírenie radiálnej fixácie alebo utesnenie a na opätovné získanie alebo udržanie adekvátnej separácie aneuryzmy, u pacientov, ktorých stentgrafty už preukázali pohyb alebo vnútorné presakovanie, alebo im hrozí riziko takých komplikácií. Systém sa skladá zo skrutiek-kotvy, uložené v kazete, vodič s obturatorom a aplikátora
Položka č. 9 - Závädzače		Položka č. 9	Položka č. 9 - Závädzače
9.1	- hydrofilné flexibilné závädzače so superioritou na hemostázu, kink rezistentné s veľkosťou od 12F do 26F a pracovnou dĺžkou 28 cm, určené na ľahkú manipuláciu a implantáciu aortálnych stentov a stentgraftov	SPĽŇA	9.1 - hydrofilné flexibilné závädzače so superioritou na hemostázu, kink rezistentné s veľkosťou od 12F do 26F a pracovnou dĺžkou 28 cm, určené na ľahkú manipuláciu a implantáciu aortálnych stentov a stentgraftov
Položka č. 10 - PTA balón		Položka č. 10	Položka č. 10 - Intrakraniálny PTA balónikový katéter
10.1	compliantný PTA balón s použitím na hrudný aj brušný stentgraft, s modelingom endograftu, s minimálnym rizikom traumy cievy, možnosťou dočasnej blokády toku vo veľkých ciechach s diametrom balóna v rozmedzí 10 mm - 46 mm, kompatibilný s 12F závädzačom, so spoľahlivou expanziou aj pri opakovaných infláciách a defláciách	SPĽŇA	10.1 compliantný PTA balón s použitím na hrudný aj brušný stentgraft, s modelingom endograftu, s minimálnym rizikom traumy cievy, možnosťou dočasnej blokády toku vo veľkých ciechach s diametrom balóna v rozmedzí 10 mm - 46 mm, kompatibilný s 12F závädzačom, so spoľahlivou expanziou aj pri opakovaných infláciách a defláciách

5. MINIMÁLNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		TIMED, s.r.o. Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa:		Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Požaduje sa:
1.	Kúpna zmluva sa uzatvára na dohodnuté zmluvné obdobie, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.	akceptujem	1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dohodnuté zmluvné obdobie, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2.	Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.	akceptujem	2. Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

3.	Požaduje sa dodanie tovaru:		3.	Požaduje sa dodanie tovaru:	
3.1	do 48 hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,	akceptujem	3.1	do 48 hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,	
3.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),	akceptujem	3.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),	
3.3	v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,	akceptujem	3.3	v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,	
3.4	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti zmluvy),	akceptujem	3.4	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti zmluvy),	
3.5	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo zmluvy, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	akceptujem	3.5	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo zmluvy, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	
4.	V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).	akceptujem	4.	V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).	
5.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.	akceptujem	5.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.	
6.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem	6.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	
7.	Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, b) zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, c) s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, ďalej len "legislatívna zmena ceny", d) s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej len "zoznamom zdravotnej poisťovne".	akceptujem	7.	Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, b) zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, c) s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, ďalej len "legislatívna zmena ceny", d) s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej len "zoznamom zdravotnej poisťovne".	

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

8.	V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 dní od účinnosti zmeny, objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.	akceptujem
9.	Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ: 9.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúkanej ceny. 9.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.	akceptujem
10.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.	akceptujem
10.1	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 10.	akceptujem
11.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve od akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy), objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať s výpovednou dobou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.	akceptujem
12.	Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠUKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.	akceptujem
13.	Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.	akceptujem

8.	V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 dní od účinnosti zmeny, objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.	
9.	Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ: 9.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúkanej ceny. 9.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.	
10.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.	
10.1	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 10.	
11.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve od akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy), objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať s výpovednou dobou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.	
12.	Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠUKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.	
13.	Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.	

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

14.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 8. - 13.	akceptujem
15.	Požaduje sa, aby dodávateľ akceptoval, že objednávateľ si vyhradzuje právo na ukončenie zmluvného vzťahu výpoveďou v lehote siedmich pracovných dní od doručenia výpovede a to z nasledovného dôvodu: - objednávateľ v čase trvania zmluvy pristúpi k uzatvoreniu zmluvy na rovnaký predmet zákazky, ktorá je výsledkom nadlimitnej verejnej súťaže.	akceptujem
16.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	akceptujem
17.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem

14.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 8. - 13.	
15.	Požaduje sa, aby dodávateľ akceptoval, že objednávateľ si vyhradzuje právo na ukončenie zmluvného vzťahu výpoveďou v lehote siedmich pracovných dní od doručenia výpovede a to z nasledovného dôvodu: - objednávateľ v čase trvania zmluvy pristúpi k uzatvoreniu zmluvy na rovnaký predmet zákazky, ktorá je výsledkom nadlimitnej verejnej súťaže.	
16.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	
17.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	