

**VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE**  
**STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY**

Verejný obstarávateľ vykonal v **mesiaci 10/2020** prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na Vami požadovaný predmet zákazky „**Špeciálny zdravotnícky materiál na špeciálne typy neurointervencií – tromboembolické extrakcie**" za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať Vami definované požiadavky na predmet zákazky.

V rámci prieskumu trhu bolo oslovených 21 potencionálnych dodávateľov, z ktorých 1 predložil svoju ponuku. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke [www.vusch.sk](http://www.vusch.sk).

**Týmto Vás žiadam o posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk vo vzťahu k Vami definovaným pôvodným požiadavkám na predmet zákazky a tým o stanovenie (konečných) súťažných požiadaviek na predmet zákazky.**

**1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

**1.1 Názov predmetu zákazky:**

Špeciálny zdravotnícky materiál na špeciálne typy neurointervencií – tromboembolické extrakcie

**1.2 CPV:**

33111710 - 1 Angiografický spotrebný materiál

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

**1.3 Druh:**

tovar

**2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Požadované špeciálne tromboembolické extraktory – intrakraniálne samoexpandibilné stenty s vyššou radiálnou silou a kompatibilné s mikrokatétami veľkosti 0.021'' s ocelovým vodiacim drôtom a špeciálne neurointervenčné vodiče.

**3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY**

**3.1 Rozdelenie predmetu zákazky**

**3.1.a) Rozdelenie na časti:**

☐ Áno

☒ Nie

**3.1.b) Zoznam položiek:**

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1	Tromboembolický extraktor	ks	10
Položka č. 2	Tromboembolický extraktor špeciálne na M3 úseky	ks	2
Položka č. 3	Špeciálne neurointervenčné vodiče 0.014'' koncepcie s CoCr špičkou	ks	1
Položka č. 4	Špeciálne neurointervenčné vodiče veľkosti 0.008'', 0.010'' a 0.014''	ks	1
Položka č. 5	Špeciálne neurointervenčné vodiče - soft tip vodiče 0.014''	ks	1
Položka č. 6	Špeciálne neurointervenčné vodiče - soft tip vodiče 0.018''	ks	1

**3.2 Dostupnosť na trhu:**

☒ Bežná dostupnosť

☐ Nie bežná dostupnosť

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE  
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		Dodávateľ č. 1		DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		<b>ADYTON medical devices SK, s.r.o.</b> <b>Stupavská 14</b> <b>831 06 Bratislava - mestská časť Rača</b>		Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	
		Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.  V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty		ODŮODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	
<b>Položka č. 1 - Tromboembolický extraktor</b>		<b>Položka č. 1</b>		<b>Položka č. 1 - Tromboembolický extraktor</b>	
1.1	Nitínolový „stent like“ intrakraniálny samoexpandibilný extraktor tromboembolického materiálu	splňa		1.1	Nitínolový „stent like“ intrakraniálny samoexpandibilný extraktor tromboembolického materiálu
1.2	Musí mať otvorený proximálny aj distálny koniec, zavádzací drôt je uchytený excentricky	splňa		1.2	Musí mať otvorený proximálny aj distálny koniec, zavádzací drôt je uchytený excentricky
1.3	Proximálna časť stentu musí byť prepojená kvôli zvýšeniu radiálnej sily	splňa		1.3	Proximálna časť stentu musí byť prepojená kvôli zvýšeniu radiálnej sily
1.4	Požadujeme kompatibilitu s 0,021" mikrokatótrom pre oba veľkosti stentu 4-20 aj 6-30	splňa		1.4	Požadujeme kompatibilitu s 0,021" mikrokatótrom pre oba veľkosti stentu 4-20 aj 6-30
1.5	Určený je na minimálny priemer ciev 2 mm pre verziu 4-20 a 3 mm pre 6-30 (karotídy, M1, M2)	splňa		1.5	Určený je na minimálny priemer ciev 2 mm pre verziu 4-20 a 3 mm pre 6-30 (karotídy, M1, M2)
1.6	Musí mať minimálne distálne 2 a proximálne 1 radiomarker	splňa		1.6	Musí mať minimálne distálne 2 a proximálne 1 radiomarker
1.7	Musí byť opakovane použiteľný ( podľa IFU celkovo až 3x )	splňa		1.7	Musí byť opakovane použiteľný ( podľa IFU celkovo až 3x )
1.8	Vodiaci drôt musí byť z ocele	splňa		1.8	Vodiaci drôt musí byť z ocele
<b>Položka č. 2 - Tromboembolický extraktor špeciálne na M3 úseky</b>		<b>Položka č. 2</b>		<b>Položka č. 2 - Tromboembolický extraktor špeciálne na M3 úseky</b>	
2.1	Extraktor vo verzii kompatibilnej s 0,0165" mikrokatótrom	splňa		2.1	Extraktor vo verzii kompatibilnej s 0,0165" mikrokatótrom
2.2	Verzia 4-20 a 3-20 určená na minimálny priemer od 1,5 mm (M3)	splňa		2.2	Verzia 4-20 a 3-20 určená na minimálny priemer od 1,5 mm (M3)
2.3	Distálne radiokontrastné markery musia byť súčasťou tela stentu	splňa		2.3	Distálne radiokontrastné markery musia byť súčasťou tela stentu
2.4	Vodiaci drôt musí byť z nitinolu – kvôli flexibilita a „kink rezistencii“ ( zaručená atraumatickosť )	splňa		2.4	Vodiaci drôt musí byť z nitinolu – kvôli flexibilita a „kink rezistencii“ ( zaručená atraumatickosť )
2.5	Extraktor sa musí dať použiť v tandeme na vytiahnutie trombu z vetvenia (do každej vetvy jeden extraktor – musia byť súčasne vtiahnuteľne do DAC katétra )	splňa		2.5	Extraktor sa musí dať použiť v tandeme na vytiahnutie trombu z vetvenia (do každej vetvy jeden extraktor – musia byť súčasne vtiahnuteľne do DAC katétra )
<b>Položka č. 3 - Špeciálne neurointervenčné vodiče 0.014" koncepcie s CoCr špičkou</b>		<b>Položka č. 3</b>		<b>Položka č. 3 - Špeciálne neurointervenčné vodiče 0.014" koncepcie s CoCr špičkou</b>	
3.1	0,014" vodič s dĺžkou 205 cm, zavádzací drôt s CoCr s rovnou špičkou	splňa		3.1	0,014" vodič s dĺžkou 205 cm, zavádzací drôt s CoCr s rovnou špičkou
3.2	Prenos pohybu u vodiča s pomerom cca 1:1 proximal: distal	splňa		3.2	Prenos pohybu u vodiča s pomerom cca 1:1 proximal: distal
3.3	Overená 26% lepšia „kink rezistencia“ oproti oceľovým drôtom	splňa		3.3	Overená 26% lepšia „kink rezistencia“ oproti oceľovým drôtom
3.4	Distálna časť vodiča - 36 cm má byť hydrofilná na lepšie prechody intrakraniom	splňa		3.4	Distálna časť vodiča - 36 cm má byť hydrofilná na lepšie prechody intrakraniom
3.5	Radiokontrastná špička by mala byť minimálne 5 cm dlhá	splňa		3.5	Radiokontrastná špička by mala byť minimálne 5 cm dlhá

**VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE**  
**STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY**

Položka č. 4 - Špeciálne neurointervenčné vodiče veľkosti 0.008'', 0.010'' a 0.014''		Položka č. 4	Položka č. 4 - Špeciálne neurointervenčné vodiče veľkosti 0.008'', 0.010'' a 0.014''
4.1	Krútiaci moment je prenášaný 1:1 od konca vodiča po špičku, nezávisle na zahnutí vodiča	spĺňa	4.1 Krútiaci moment je prenášaný 1:1 od konca vodiča po špičku, nezávisle na zahnutí vodiča
4.2	Vnútorý oceľový drôt vedie po celej dĺžke od konca až po špičku – na zabezpečenie riaditeľnosti a pushability	spĺňa	4.2 Vnútorý oceľový drôt vedie po celej dĺžke od konca až po špičku – na zabezpečenie riaditeľnosti a pushability
4.3	Požadujeme vodič s rovnou flexibilnou špičkou, ktorá je RTG-kontrastná 5 cm pre 0.014'' vodič, 3 cm pre 0.010'' vodič a 9 cm pre 0.008'' vodič	spĺňa	4.3 Požadujeme vodič s rovnou flexibilnou špičkou, ktorá je RTG-kontrastná 5 cm pre 0.014'' vodič, 3 cm pre 0.010'' vodič a 9 cm pre 0.008'' vodič
4.4	Vodiče priemeru 0,014" a 0.010'' musia byť v dĺžke 200 a 300 cm („predĺženie" za hydrofilným coatingom je potiahnuté PTFE)	spĺňa	4.4 Vodiče priemeru 0,014" a 0.010'' musia byť v dĺžke 200 a 300 cm („predĺženie" za hydrofilným coatingom je potiahnuté PTFE)
4.5	Vodič 0.008'' priemeru musí byť v dĺžke minimálne 200 cm	spĺňa	4.5 Vodič 0.008'' priemeru musí byť v dĺžke minimálne 200 cm
4.6	Hydrofilný coating – Slip-Coat technológia distálnych 170 cm pre 0.014'' a 0.010'' a 180 cm pre vodič 0.008''	spĺňa	4.6 Hydrofilný coating – Slip-Coat technológia distálnych 170 cm pre 0.014'' a 0.010'' a 180 cm pre vodič 0.008''
4.7	Vodič by mal byť na povrchu vrúbkovaný a poskytovať dobrú oporu pre mikrokatéter	spĺňa	4.7 Vodič by mal byť na povrchu vrúbkovaný a poskytovať dobrú oporu pre mikrokatéter
Položka č. 5 - Špeciálne neurointervenčné vodiče - soft tip vodiče 0.014''		Položka č. 5	Položka č. 5 - Špeciálne neurointervenčné vodiče - soft tip vodiče 0.014''
5.1	Požadujeme dedikovaný 0.014'' neuro vodič s prenosom krútiaceho momentu 1:1 a polymerovým coatingom a v dĺžke 200 cm.	spĺňa	5.1 Požadujeme dedikovaný 0.014'' neuro vodič s prenosom krútiaceho momentu 1:1 a polymerovým coatingom a v dĺžke 200 cm.
5.2	S hydrofilným a polymérovým coatingom, ktorý zabezpečuje lepšiu priechodnosť – cez tortuozity, trombus, stenózu a zároveň lepšiu priechodnosť mikrokatéra.	spĺňa	5.2 S hydrofilným a polymérovým coatingom, ktorý zabezpečuje lepšiu priechodnosť – cez tortuozity, trombus, stenózu a zároveň lepšiu priechodnosť mikrokatéra.
5.3	Musí mať zahnutú flexibilnú špičku na 25° („memory" efekt špičky)	spĺňa	5.3 Musí mať zahnutú flexibilnú špičku na 25° („memory" efekt špičky)
5.4	„Soft tip" je označenie verzie s flexibilnejšou špičkou.	spĺňa	5.4 „Soft tip" je označenie verzie s flexibilnejšou špičkou.
Položka č. 6 - Špeciálne neurointervenčné vodiče - soft tip vodiče 0.018''		Položka č. 6	Položka č. 6 - Špeciálne neurointervenčné vodiče - soft tip vodiče 0.018''
6.1	Dedikovaný neuro zavádzací drôt s prenosom krútiaceho momentu 1:1 a polymerovým coatingom	spĺňa	6.1 Dedikovaný neuro zavádzací drôt s prenosom krútiaceho momentu 1:1 a polymerovým coatingom
6.2	V dĺžke 200 cm v proximálnom priemere 0.014", ktorý sa pred distálnym koncom zväčšuje na 0.016" a 0.018"	spĺňa	6.2 V dĺžke 200 cm v proximálnom priemere 0.014", ktorý sa pred distálnym koncom zväčšuje na 0.016" a 0.018"
6.3	Musí mať hydrofilný a polymérový coatingom, pre lepší prechod cez tortuozity, trombus a stenózu, rovnako aj pre prechod mikrokatéra, vodič má najväčšiu „support body" a je určený pre väčšie mikrokatetre 0.021/0.027"	spĺňa	6.3 Musí mať hydrofilný a polymérový coatingom, pre lepší prechod cez tortuozity, trombus a stenózu, rovnako aj pre prechod mikrokatéra, vodič má najväčšiu „support body" a je určený pre väčšie mikrokatetre 0.021/0.027"
6.4	Musí mať zahnutú flexibilnú špičku na 25° (má väčší „memory" efekt)	spĺňa	6.4 Musí mať zahnutú flexibilnú špičku na 25° (má väčší „memory" efekt)
6.5	„Soft tip" je označenie pre verziu s flexibilnejšou špičkou, používa sa pri potrebe zaviesť väčší katéter	spĺňa	6.5 „Soft tip" je označenie pre verziu s flexibilnejšou špičkou, používa sa pri potrebe zaviesť väčší katéter
6.6	Pre šetrnejší prechod mikrokatétom tepnou bez poškodenia intími.	spĺňa	6.6 Pre šetrnejší prechod mikrokatétom tepnou bez poškodenia intími.

**5. MINIMÁLNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY**

Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK	ADYTON medical devices SK, s.r.o. Stupavská 14 831 06 Bratislava - mestská časť Rača	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa:	Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky  V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Požaduje sa:
1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dohodnuté zmluvné obdobie, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.	akceptujem	1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dohodnuté zmluvné obdobie, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

**VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE**  
**STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY**

2.	Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.	akceptujem
3.	Požaduje sa dodanie tovaru:	
3.1	do 48 hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,	akceptujem
3.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),	akceptujem
3.3	v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,	akceptujem
3.4	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti zmluvy),	akceptujem
3.5	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo zmluvy, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.  V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	akceptujem
4.	V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).	akceptujem
5.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.	akceptujem
6.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem
7.	Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,  b) zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  c) s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, ďalej len "legislatívna zmena ceny", d) s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,  e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.,  f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej len "zoznamom zdravotnej poisťovne".	akceptujem

2.	Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.	
3.	Požaduje sa dodanie tovaru:	
3.1	do 48 hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,	
3.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),	
3.3	v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,	
3.4	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti zmluvy),	
3.5	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo zmluvy, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.  V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	
4.	V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).	
5.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.	
6.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	
7.	Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,  b) zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  c) s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, ďalej len "legislatívna zmena ceny", d) s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,  e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.,  f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej len "zoznamom zdravotnej poisťovne".	

**VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE**  
**STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY**

8.	V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 dní od účinnosti zmeny, objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.	akceptujem
9.	Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ: 9.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknuť ceny. 9.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.	akceptujem
10.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.	akceptujem
10.1	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 10.	akceptujem
11.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve od akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy), objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať s výpovednou dobou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.	akceptujem
12.	Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠUKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.	akceptujem
13.	Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.	akceptujem

8.	V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 dní od účinnosti zmeny, objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.	
9.	Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ: 9.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknuť ceny. 9.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.	
10.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.	
10.1	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 10.	
11.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve od akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy), objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať s výpovednou dobou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.	
12.	Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠUKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.	
13.	Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.	

**VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE**  
**STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY**

14.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 8. - 13.	akceptujem
15.	Požaduje sa, aby dodávateľ akceptoval, že objednávateľ si vyhradzuje právo na ukončenie zmluvného vzťahu výpoveďou v lehote siedmich pracovných dní od doručenia výpovede a to z nasledovného dôvodu: - objednávateľ v čase trvania zmluvy pristúpi k uzatvoreniu zmluvy na rovnaký predmet zákazky, ktorá je výsledkom nadlimitnej verejnej súťaže.	akceptujem
16.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	akceptujem
17.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem

14.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 8. - 13.	
15.	Požaduje sa, aby dodávateľ akceptoval, že objednávateľ si vyhradzuje právo na ukončenie zmluvného vzťahu výpoveďou v lehote siedmich pracovných dní od doručenia výpovede a to z nasledovného dôvodu: - objednávateľ v čase trvania zmluvy pristúpi k uzatvoreniu zmluvy na rovnaký predmet zákazky, ktorá je výsledkom nadlimitnej verejnej súťaže.	
16.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	
17.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	