

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ vykonal v **mesiaci 4/2021** prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na Vami požadovaný predmet zákazky **„Systém kompatibilných stentgraftov pre komplexnú endovaskulárnu liečbu-reparáciu aneuryziem, disekcií, transekcii a iných zlyhaní funkcie aorty, vrátane na mieru vyrábaných stentgraftov a komplexného príslušenstva nevyhnutného k implantácii“** za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať Vami definované požiadavky na predmet zákazky.

V rámci prieskumu trhu bolo oslovených 21 potencionálnych dodávateľov, z ktorých **1** predložil svoju ponuku. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk.

Týmto Vás žiadam o posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk vo vzťahu k Vami definovaným pôvodným požiadavkám na predmet zákazky a tým o stanovenie (konečných) súťažných požiadaviek na predmet zákazky.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Systém kompatibilných stentgraftov pre komplexnú endovaskulárnu liečbu-reparáciu aneuryziem, disekcií, transekcii a iných zlyhaní funkcie aorty, vrátane na mieru vyrábaných stentgraftov a komplexného príslušenstva nevyhnutného k implantácii

1.2 CPV:

33111710 - 1 Angiografický spotrebný materiál

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadujeme komplexný ŠZM, ktorý obsahuje všetky komponenty pre endografting thorako-abdominálnej oblasti aorty, vrátane thorakálnych a abdominálnych nadväzujúcich stentgraftov, extenzií a príslušného pomocného materiálu, vrátane stentu určeného na modelovanie pravého lúmenu u disekcií aorty.

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

☐ Áno

☒ Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1	Stentgraft hrudný pre reparácie TAA dvojdielny, teleskopický, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cieвне riečisko - proximálna časť	ks	4
Položka č. 2	Stentgraft hrudný pre reparácie TAA dvojdielny, teleskopický, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cieвне riečisko - distálna časť	ks	1
Položka č. 3	Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cieвне riečisko a krátky krčok aneuryzmy – bifurkovaná časť	ks	2
Položka č. 4	Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cieвне riečisko a krátky krčok aneuryzmy – tubulárna časť	ks	5
Položka č. 5	Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, pre veľmi angulovaný krčok aneuryzmy, s oceľovým Z stentom – bifurkačný	ks	1
Položka č. 6	Stentgraft brušný bifurkačný „iliac branch“ s odstupom pre pokračujúcu brušnú aneuryzmu spoločnej ilickej a externej ilickej tepny	ks	1
Položka č. 7	Stentgraft hrudný tubulárny pre reparácie B - disekcií aorty	ks	5
Položka č. 8	Stent aortálny pre reparácie B – disekcií	ks	5
Položka č. 9	Stentgraft aortálny tubulárny proximálny pre juxtarenálne a / alebo thorako - abdominálne aneuryzmy	ks	2
Položka č. 10	Stentgraft aortálny bifurkačný distálny pre reparácie juxtarenálnych a thorako - abdominálnych aneuryziem	ks	2
Položka č. 11	Stent do žilného riečiska	ks	5
Položka č. 12	Zavádzač štandardný bez ihly a vodiča röntgenkontraštná špička	ks	1
Položka č. 13	Zavádzač špeciálny vystužený oceľovým koilom pre vodič 0,038 inch.	ks	1
Položka č. 14	Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom 90 cm	ks	2

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Položka č. 15	Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom 55 cm	ks	1
Položka č. 16	Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom pre vodič 0,035 inch.	ks	1
Položka č. 17	Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom 40 cm hydrofilný	ks	1
Položka č. 18	Diagnostické katétre	ks	12
Položka č. 19	Diagnostické katétre koilované	ks	2
Položka č. 20	Hydrofilné vodiče	ks	1
Položka č. 21	Vodič extra tuhý 0,035 inch.	ks	30
Položka č. 22	Extraktor OTW	ks	2

3.2 Dostupnosť na trhu:

- ☒ Bežná dostupnosť
☐ Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		Dodávateľ č. 1 ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. Boženy Němcovej 14 811 04 Bratislava	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	ODÔVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	
Položka č. 1 - Stentgraft hrudný pre reparácie TAA dvojdielny, teleskopický, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko - proximálna časť		Položka č. 1	Položka č. 1 - Stentgraft hrudný pre reparácie TAA dvojdielny, teleskopický, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko - proximálna časť	
1.1	Stentgraft nitinolový, tubulárny a / alebo zužujúci, komponentný, určený pre endovaskulárne reparácie výdutí, aortálnych vredov a transekcii na descendentnej časti hrudnej aorty.	spĺňa	1.1 Stentgraft nitinolový, tubulárny a / alebo zužujúci, komponentný, určený pre endovaskulárne reparácie výdutí, aortálnych vredov a transekcii na descendentnej časti hrudnej aorty.	
1.2	Vnútný priemer zavádzacieho zariadenia maximálne 16 Fr pre priemery 24-30 mm, 18 Fr pre priemery 32-38 mm a 20 Fr pre priemery 40-46 mm, priemery stentgraftu od 24 mm do 46 mm.	spĺňa	1.2 Vnútný priemer zavádzacieho zariadenia maximálne 16 Fr pre priemery 24-30 mm, 18 Fr pre priemery 32-38 mm a 20 Fr pre priemery 40-46 mm, priemery stentgraftu od 24 mm do 46 mm.	
1.3	Dĺžky pokrytej časti stentgraftu od 105 mm do 233 mm.	spĺňa	1.3 Dĺžky pokrytej časti stentgraftu od 105 mm do 233 mm.	
1.4	Stentgraft je vyrobený z nitinolového Z stentu našitého na Dakron a je MR kompatibilný.	spĺňa	1.4 Stentgraft je vyrobený z nitinolového Z stentu našitého na Dakron a je MR kompatibilný.	
1.5	Začiatok a koniec stentgraftu značený RTG kontrastnými zlatými značkami.	spĺňa	1.5 Začiatok a koniec stentgraftu značený RTG kontrastnými zlatými značkami.	
1.6	Stentgraft musí byť opatrený na proximálnom konci modulačným nepokrytým stentom a na prvom pokrytom stente fixačnými háčikmi.	spĺňa	1.6 Stentgraft musí byť opatrený na proximálnom konci modulačným nepokrytým stentom a na prvom pokrytom stente fixačnými háčikmi.	
1.7	Stentgraft musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre uloženie v zavádzači s nezlomiteľnou úpravou a hydrofilným povrchom.	spĺňa	1.7 Stentgraft musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre uloženie v zavádzači s nezlomiteľnou úpravou a hydrofilným povrchom.	

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

1.8	Stentgraft musí umožňovať postupné uvoľňovanie a bezpečné vypúšťanie s možnosťou regulovať pozíciu počas otvárania.	spĺňa	1.8	Stentgraft musí umožňovať postupné uvoľňovanie a bezpečné vypúšťanie s možnosťou regulovať pozíciu počas otvárania.	
1.9	Zavádzač stentgraftu musí byť s flexibilným kónickým hrotom, ktorý zároveň slúži ako dilatátor, zavádzaný po vodiči.	spĺňa	1.9	Zavádzač stentgraftu musí byť s flexibilným kónickým hrotom, ktorý zároveň slúži ako dilatátor, zavádzaný po vodiči.	
Položka č. 2 - Stentgraft hrudný pre reparácie TAA dvojdielny, teleskopický, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cieвне riečisko - distálna časť		Položka č. 2	Položka č. 2 - Stentgraft hrudný pre reparácie TAA dvojdielny, teleskopický, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cieвне riečisko - distálna časť		
2.1	Stentgraft nitinolový, tubulárny a / alebo zužujúci, komponentný, určený pre endovaskulárne reparácie výdutí, aortálnych vredov a transekcii na descendentnej časti hrudnej aorty.	spĺňa	2.1	Stentgraft nitinolový, tubulárny a / alebo zužujúci, komponentný, určený pre endovaskulárne reparácie výdutí, aortálnych vredov a transekcii na descendentnej časti hrudnej aorty.	
2.2	Stentgraft je druhým stentgraftom v dvojici thorakálneho systému, ak je treba fixovať proximálny diel.	spĺňa	2.2	Stentgraft je druhým stentgraftom v dvojici thorakálneho systému, ak je treba fixovať proximálny diel.	
2.3	Vnútny priemer zavádzacieho zariadenia maximálne 16 Fr pre priemery 24-30 mm, 18 Fr pre priemery 32-38 mm a 20 Fr pre priemery 40-46 mm. Priemery stentgraftu minimálne v rozsahu od 28 mm do 46 mm	spĺňa	2.3	Vnútny priemer zavádzacieho zariadenia maximálne 16 Fr pre priemery 24-30 mm, 18 Fr pre priemery 32-38 mm a 20 Fr pre priemery 40-46 mm. Priemery stentgraftu minimálne v rozsahu od 28 mm do 46 mm	
2.4	Dĺžky pokrytej časti minimálne od 160 mm do 211 mm.	spĺňa	2.4	Dĺžky pokrytej časti minimálne od 160 mm do 211 mm.	
2.5	Stentgraft je vyrobený z nitinolového Z stentu našitého na Dakron a je MR kompatibilný.	spĺňa	2.5	Stentgraft je vyrobený z nitinolového Z stentu našitého na Dakron a je MR kompatibilný.	
2.6	Začiatok a koniec stentgraftu musí byť značený RTG kontrastnými zlatými značkami.	spĺňa	2.6	Začiatok a koniec stentgraftu musí byť značený RTG kontrastnými zlatými značkami.	
2.7	Stentgraft musí byť opatrený na distálnom konci fixačným nepokrytým stentom a na tomto stente fixačnými háčikmi.	spĺňa	2.7	Stentgraft musí byť opatrený na distálnom konci fixačným nepokrytým stentom a na tomto stente fixačnými háčikmi.	
2.8	Stentgraft musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre uloženie v zavádzači s nezlomiteľnou úpravou a hydrofilným povrchom.	spĺňa	2.8	Stentgraft musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre uloženie v zavádzači s nezlomiteľnou úpravou a hydrofilným povrchom.	
2.9	Stentgraft musí umožňovať postupné uvoľňovanie a bezpečné vypúšťanie s možnosťou regulovať pozíciu počas otvárania.	spĺňa	2.9	Stentgraft musí umožňovať postupné uvoľňovanie a bezpečné vypúšťanie s možnosťou regulovať pozíciu počas otvárania.	
2.10	Zavádzač stentgraftu musí byť s flexibilným kónickým hrotom, ktorý zároveň slúži ako dilatátor, zavádzaný po vodiči.	spĺňa	2.10	Zavádzač stentgraftu musí byť s flexibilným kónickým hrotom, ktorý zároveň slúži ako dilatátor, zavádzaný po vodiči.	
Položka č. 3 - Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cieвне riečisko a krátky krčok aneurizmy – bifurkovaná časť		Položka č. 3	Položka č. 3 - Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cieвне riečisko a krátky krčok aneurizmy – bifurkovaná časť		
3.1	Stentgraft pre endovaskulárne reparácie bežných brušných výdutí, pre pacientov s veľmi úzkym prístupovým riečiskom, s úzkym distálnym krčkom, krátkym krčkom a veľkým proximálnym rozmerom do 36 mm.	spĺňa	3.1	Stentgraft pre endovaskulárne reparácie bežných brušných výdutí, pre pacientov s veľmi úzkym prístupovým riečiskom, s úzkym distálnym krčkom, krátkym krčkom a veľkým proximálnym rozmerom do 36 mm.	
3.2	Komplet stentgraftu požadujeme trojdielny, jedno bifurkačné telo stentgraftu a 2 tubulárne nožičky, ktoré sú samostatné a po vložení do tela tvoria ucelený komplet. Stentgraft musí umožňovať ortográdny prietok do oboch spoločných panvových tepien.	spĺňa	3.2	Komplet stentgraftu požadujeme trojdielny, jedno bifurkačné telo stentgraftu a 2 tubulárne nožičky, ktoré sú samostatné a po vložení do tela tvoria ucelený komplet. Stentgraft musí umožňovať ortográdny prietok do oboch spoločných panvových tepien.	
3.3	Orientácia, pozícia a prekryvanie stentgraftu musí byť zaistená RTG kontrastnými zlatými markermi, ktoré sú umiestnené na začiatku stentgraftu, na oboch koncoch a tiež v strede bifurkácie. Nožičky musia byť opatrené zlatými značkami v mieste odporúčaného minimálneho a maximálneho prekrytia a na začiatku a konci. Týmto systémom je stentgraft možné presne založiť spôsobom prekryvania značiek.	spĺňa	3.3	Orientácia, pozícia a prekryvanie stentgraftu musí byť zaistená RTG kontrastnými zlatými markermi, ktoré sú umiestnené na začiatku stentgraftu, na oboch koncoch a tiež v strede bifurkácie. Nožičky musia byť opatrené zlatými značkami v mieste odporúčaného minimálneho a maximálneho prekrytia a na začiatku a konci. Týmto systémom je stentgraft možné presne založiť spôsobom prekryvania značiek.	
3.4	Stentgraft musí umožniť bezpečné vypúšťanie otáčaním madla zavádzača s možnosťou regulovať pozíciu stentgraftu počas otvárania, postupné otváranie stentgraftu pomocou bezpečnostných drôtov musí zaistiť bezpečné usadenie a repozíciu.	spĺňa	3.4	Stentgraft musí umožniť bezpečné vypúšťanie otáčaním madla zavádzača s možnosťou regulovať pozíciu stentgraftu počas otvárania, postupné otváranie stentgraftu pomocou bezpečnostných drôtov musí zaistiť bezpečné usadenie a repozíciu.	
3.5	Stentgraft musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre umiestnenie do zavádzačov s maximálnym vnútorným priemerom 16 Fr (telo v diametre 22-32 mm) resp. 17 Fr (telo v diametre 36 mm), nožičky musia byť zasunuté v zavádzači s vnútorným priemerom 12 Fr (9-16 mm), resp. 14 Fr (20-24 mm)	spĺňa	3.5	Stentgraft musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre umiestnenie do zavádzačov s maximálnym vnútorným priemerom 16 Fr (telo v diametre 22-32 mm) resp. 17 Fr (telo v diametre 36 mm), nožičky musia byť zasunuté v zavádzači s vnútorným priemerom 12 Fr (9-16 mm), resp. 14 Fr (20-24 mm)	
3.6	Zavádzače požadujeme z nezlomiteľnej konštrukcie s hydrofilným povrchom.	spĺňa	3.6	Zavádzače požadujeme z nezlomiteľnej konštrukcie s hydrofilným povrchom.	
3.7	Rozmery tela sú od 22 do 36 mm v priemere, od 72 do 128 mm pracovnej dĺžky.	spĺňa	3.7	Rozmery tela sú od 22 do 36 mm v priemere, od 72 do 128 mm pracovnej dĺžky.	
3.8	U stentgraftov musí byť zaistená maximálna biokompatibilita materiálov.	spĺňa	3.8	U stentgraftov musí byť zaistená maximálna biokompatibilita materiálov.	

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZY

Položka č. 4 - Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cieвне riečisko a krátky krčok aneuryzmy – tubulárna časť		Položka č. 4	Položka č. 4 - Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cieвне riečisko a krátky krčok aneuryzmy – tubulárna časť
4.1	Stentgraft tubulárny pre endovaskulárne reparácie bežných brušných výdutí, pre pacientov s veľmi úzkym prístupovým riečiskom, s úzkym distálnym krčkom, krátkym horným krčkom.	spĺňa	Stentgraft tubulárny pre endovaskulárne reparácie bežných brušných výdutí, pre pacientov s veľmi úzkym prístupovým riečiskom, s úzkym distálnym krčkom, krátkym horným krčkom.
4.2	Stentgraft musí tvoriť spolu s bifurkačnou komponentou kompaktný flexibilný celok, ktorý je nezlomiteľný (požadujeme špirálovo našitý Z-stent na Dakronu) s diametrom distálneho konca od 8 do 24 mm.	spĺňa	Stentgraft musí tvoriť spolu s bifurkačnou komponentou kompaktný flexibilný celok, ktorý je nezlomiteľný (požadujeme špirálovo našitý Z-stent na Dakronu) s diametrom distálneho konca od 8 do 24 mm.
4.3	Zavádzací systém požadujeme na ľahké použitie s minimálnou prípravou nožičky, ktorá musí byť zasunutá v zavádzacom s vnútorným priemerom 12 Fr (9-16 mm), resp.14 Fr (20-24 mm).	spĺňa	Zavádzací systém požadujeme na ľahké použitie s minimálnou prípravou nožičky, ktorá musí byť zasunutá v zavádzacom s vnútorným priemerom 12 Fr (9-16 mm), resp.14 Fr (20-24 mm).
4.4	Všetky systémy sú kompatibilné s vodiacim drôtom o veľkosti 0,035 palca (0,89 mm).	spĺňa	Všetky systémy sú kompatibilné s vodiacim drôtom o veľkosti 0,035 palca (0,89 mm).
4.5	Biokompatibilný aj MR kompatibilný.	spĺňa	Biokompatibilný aj MR kompatibilný.
4.6	Rozmery nožičiek: priemery od 9-24 mm, dĺžky od 42 do 125 mm.	spĺňa	Rozmery nožičiek: priemery od 9-24 mm, dĺžky od 42 do 125 mm.
Položka č. 5 - Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, pre veľmi angulovaný krčok aneuryzmy, s oceľovým Z stentom – bifurkačný		Položka č. 5	Položka č. 5 - Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, pre veľmi angulovaný krčok aneuryzmy, s oceľovým Z stentom – bifurkačný
5.1	Stentgraft je určený pre endovaskulárne reparácie brušných výdutí, pre pacientov s veľmi angulovaným krčkom aneuryzmy.	spĺňa	Stentgraft je určený pre endovaskulárne reparácie brušných výdutí, pre pacientov s veľmi angulovaným krčkom aneuryzmy.
5.2	Komplet stentgraftu sa skladá z bifurkačného tela stentgraftu a 2 stentgraftov - nožičiek, ktoré sú samostatné a po vložení do tela tvoria trojdielny komplet. Stentgraft umožní ortográdny prietok do oboch spoločných panvových tepien.	spĺňa	Komplet stentgraftu sa skladá z bifurkačného tela stentgraftu a 2 stentgraftov - nožičiek, ktoré sú samostatné a po vložení do tela tvoria trojdielny komplet. Stentgraft umožní ortográdny prietok do oboch spoločných panvových tepien.
5.3	Orientácia, pozícia a prekryvanie stentgraftu je zaistená RTG kontrastnými zlatými markermi, ktoré sú umiestnené na začiatku stentgraftu a na jeho oboch koncoch. Nožičky sú potom opatrené zlatými značkami v mieste odporúčaného prekrytia a na konci. Týmto systémom je stentgraft možné presne založiť spôsobom prekryvania značiek.	spĺňa	Orientácia, pozícia a prekryvanie stentgraftu je zaistená RTG kontrastnými zlatými markermi, ktoré sú umiestnené na začiatku stentgraftu a na jeho oboch koncoch. Nožičky sú potom opatrené zlatými značkami v mieste odporúčaného prekrytia a na konci. Týmto systémom je stentgraft možné presne založiť spôsobom prekryvania značiek.
5.4	Stentgraft musí umožňovať bezpečné vypúšťanie s možnosťou regulovať pozíciu stentgraftu počas otvárania.	spĺňa	Stentgraft musí umožňovať bezpečné vypúšťanie s možnosťou regulovať pozíciu stentgraftu počas otvárania.
5.5	Stentgraft musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre umiestnenie do zavádzačov s maximálnym vonkajším priemerom 20 Fr (telo v diametre 22-32 mm) resp. 22 Fr (telo v diametre 32 mm). Zavádzače sú nezlomiteľnej konštrukcie s hydrofilným povrchom.	spĺňa	Stentgraft musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre umiestnenie do zavádzačov s maximálnym vonkajším priemerom 20 Fr (telo v diametre 22-32 mm) resp. 22 Fr (telo v diametre 32 mm). Zavádzače sú nezlomiteľnej konštrukcie s hydrofilným povrchom.
5.6	Rozmery tela sú minimálne od 22 do 32 mm v priemere a od 82 do 149 mm pracovnej dĺžky.	spĺňa	Rozmery tela sú minimálne od 22 do 32 mm v priemere a od 82 do 149 mm pracovnej dĺžky.
Položka č. 6 - Stentgraft brušný bifurkačný „iliac branch“ s odstupom pre pokračujúcu brušnú aneurizmu spoločnej ilickej a externej ilickej tepny		Položka č. 6	Položka č. 6 - Stentgraft brušný bifurkačný „iliac branch“ s odstupom pre pokračujúcu brušnú aneurizmu spoločnej ilickej a externej ilickej tepny
6.1	Typ bifurkačného endovaskulárneho stentgraftu typu „branch“ s odstupom prevedeným našitým druhým stentgraftom požadovanej dĺžky pre odstup a iliaca int. v prípade, že aneurizma a iliaca pokračuje za tento odstup, pričom dôraz sa kladie na zachovanie prietoku do a.iliaca int..	spĺňa	Typ bifurkačného endovaskulárneho stentgraftu typu „branch“ s odstupom prevedeným našitým druhým stentgraftom požadovanej dĺžky pre odstup a iliaca int. v prípade, že aneurizma a iliaca pokračuje za tento odstup, pričom dôraz sa kladie na zachovanie prietoku do a.iliaca int..
6.2	Stentgraft sa zavádza ako prvý, branch sa prepojí s art. iliaca interna predĺžením stentgraftu a potom sa proximálny diel spojí s bifurkačným stentgraftom uloženým nad ním tubulárnou komponentou.	spĺňa	Stentgraft sa zavádza ako prvý, branch sa prepojí s art. iliaca interna predĺžením stentgraftu a potom sa proximálny diel spojí s bifurkačným stentgraftom uloženým nad ním tubulárnou komponentou.
6.3	Týmto spojom se uzatvorí trojdielny brušný stentgraft s brandžovanou komponentou v celok.	spĺňa	Týmto spojom se uzatvorí trojdielny brušný stentgraft s brandžovanou komponentou v celok.
6.4	Materiál stentu musí byť z oceli, graft je z tkaného nepriepustného polyesteru, branch musí byť vystužený nitinolovými výstuhami.	spĺňa	Materiál stentu musí byť z oceli, graft je z tkaného nepriepustného polyesteru, branch musí byť vystužený nitinolovými výstuhami.
6.5	Biokompatibilný aj MR kompatibilný systém.	spĺňa	Biokompatibilný aj MR kompatibilný systém.
6.6	Rozmery dĺžok musia byť variabilné minimálne 41 mm a maximálne 61 mm nad branchovaným odstupom a tiež 41 až 58 mm pod odstupom vo voliteľných priemeroch 10 a 12 mm.	spĺňa	Rozmery dĺžok musia byť variabilné minimálne 41 mm a maximálne 61 mm nad branchovaným odstupom a tiež 41 až 58 mm pod odstupom vo voliteľných priemeroch 10 a 12 mm.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Položka č. 7 - Stentgraft hrudný tubulárny pre reparácie B - disekcií aorty		Položka č. 7	Položka č. 7 - Stentgraft hrudný tubulárny pre reparácie B - disekcií aorty
7.1	Stentgraft pre reparáciu disekcií zostupnej časti hrudnej aorty.	<i>spĺňa</i>	7.1 <i>Stentgraft pre reparáciu disekcií zostupnej časti hrudnej aorty.</i>
7.2	Požadujeme tubulárnu a / alebo kužeľovitú komponentu, vyrobenú z ocelevej časti, Z - stentu našitého na polyesterovú tkaninu Dakron, bez fixácie proximálnym stentom a / alebo háčikmi. Minimálny rozsah priemerov stentgraftu od 22 mm do 42 mm, s možnosťou dodať aj kónický tvar v pracovnej dĺžke od 79 do 218 mm.	<i>spĺňa</i>	7.2 <i>Požadujeme tubulárnu a / alebo kužeľovitú komponentu, vyrobenú z ocelevej časti, Z - stentu našitého na polyesterovú tkaninu Dakron, bez fixácie proximálnym stentom a / alebo háčikmi. Minimálny rozsah priemerov stentgraftu od 22 mm do 42 mm, s možnosťou dodať aj kónický tvar v pracovnej dĺžke od 79 do 218 mm.</i>
7.3	Orientácia stentgraftu musí byť zaistená zlatými značkami, bezpečné vypustenie proximálnej a distálnej komponenty stentgraftu je zaistené postupným rozovieraním hornej a dolnej časti zavadzacieho systému tela stentgraftu a uvoľňovaním poistného zariadenia.	<i>spĺňa</i>	7.3 <i>Orientácia stentgraftu musí byť zaistená zlatými značkami, bezpečné vypustenie proximálnej a distálnej komponenty stentgraftu je zaistené postupným rozovieraním hornej a dolnej časti zavadzacieho systému tela stentgraftu a uvoľňovaním poistného zariadenia.</i>
7.4	Požadujeme, aby bol prvý pokrytý stent stentgraftu zaistený po celom priemere bezpečnostnými drôti až do presného vypustenia, bez efektu „ vtáčieho zobáka “.	<i>spĺňa</i>	7.4 <i>Požadujeme, aby bol prvý pokrytý stent stentgraftu zaistený po celom priemere bezpečnostnými drôti až do presného vypustenia, bez efektu „ vtáčieho zobáka “.</i>
7.5	Stentgraft musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre umiestnenie v zavadzачoch s maximálnym vnútorným priemerom 20 Fr (telo v diametre 22-34 mm), 22 Fr (telo v diametre 36-42 mm).	<i>spĺňa</i>	7.5 <i>Stentgraft musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre umiestnenie v zavadzачoch s maximálnym vnútorným priemerom 20 Fr (telo v diametre 22-34 mm), 22 Fr (telo v diametre 36-42 mm).</i>
7.6	Je biokompatibilný aj MR kompatibilný.	<i>spĺňa</i>	7.6 <i>Je biokompatibilný aj MR kompatibilný.</i>
Položka č. 8 - Stent aortálny pre reparácie B – disekcií		Položka č. 8	Položka č. 8 - Stent aortálny pre reparácie B – disekcií
8.1	Požadujeme endovaskulárny tubulárny stent, ktorý je vyrobený prepojením nitinolových Z –stentov.	<i>spĺňa</i>	8.1 <i>Požadujeme endovaskulárny tubulárny stent, ktorý je vyrobený prepojením nitinolových Z –stentov.</i>
8.2	Stent musí byť samoexpandibilný, pre reparáciu B - disekcie zostupnej časti hrudnej aorty formou modelovania pravého lúmen.	<i>spĺňa</i>	8.2 <i>Stent musí byť samoexpandibilný, pre reparáciu B - disekcie zostupnej časti hrudnej aorty formou modelovania pravého lúmen.</i>
8.3	Stent musí byť kompatibilný s pokrytým stentgraftom, ktorý je vložený do disekcie hrudnej aorty ako prvý pre pokrytie entry disekcie.	<i>spĺňa</i>	8.3 <i>Stent musí byť kompatibilný s pokrytým stentgraftom, ktorý je vložený do disekcie hrudnej aorty ako prvý pre pokrytie entry disekcie.</i>
8.4	Požadujeme rôzne dĺžky od 80 mm do 185 mm a v priemere 36 – 46 mm.	<i>spĺňa</i>	8.4 <i>Požadujeme rôzne dĺžky od 80 mm do 185 mm a v priemere 36 – 46 mm.</i>
8.5	Stent musí byť nasadený vo flexibilnom zavadzачi s vnútorným priemerom 14 Fr s hydrofilným povrchom a uzatvárateľnou chlopňou.	<i>spĺňa</i>	8.5 <i>Stent musí byť nasadený vo flexibilnom zavadzачi s vnútorným priemerom 14 Fr s hydrofilným povrchom a uzatvárateľnou chlopňou.</i>
8.6	Je biokompatibilný aj MR kompatibilný.	<i>spĺňa</i>	8.6 <i>Je biokompatibilný aj MR kompatibilný.</i>
Položka č. 9 - Stentgraft aortálny tubulárny proximálny pre juxtarenálne a / alebo thorako - abdominálne aneuryzmy		Položka č. 9	Položka č. 9 - Stentgraft aortálny tubulárny proximálny pre juxtarenálne a / alebo thorako - abdominálne aneuryzmy
9.1	Požadujeme variantný systém, ktorý je upravený podľa anatomických parametrov pacienta pre thorako-abdominálnu časť aorty.	<i>spĺňa</i>	9.1 <i>Požadujeme variantný systém, ktorý je upravený podľa anatomických parametrov pacienta pre thorako-abdominálnu časť aorty.</i>
9.2	Systém musí byť vyrobený s odstupujúcimi brandžami tak, aby bolo možné prekryť celý viscerálny úsek a zaistiť priechody do všetkých tepien v tejto oblasti.	<i>spĺňa</i>	9.2 <i>Systém musí byť vyrobený s odstupujúcimi brandžami tak, aby bolo možné prekryť celý viscerálny úsek a zaistiť priechody do všetkých tepien v tejto oblasti.</i>
9.3	A / alebo vyrobený s malými, resp. veľkými fenestráciami, resp. skalopmi, pre viscerálne tepny odstupujúce z aorty, ktoré sa ďalej predlžujú do týchto ciev extenznými cievny stentgraftmi.	<i>spĺňa</i>	9.3 <i>A / alebo vyrobený s malými, resp. veľkými fenestráciami, resp. skalopmi, pre viscerálne tepny odstupujúce z aorty, ktoré sa ďalej predlžujú do týchto ciev extenznými cievny stentgraftmi.</i>
9.4	Variantne môže byť stentgraft vyrobený ako kombinácia brandží a fenestrácií.	<i>spĺňa</i>	9.4 <i>Variantne môže byť stentgraft vyrobený ako kombinácia brandží a fenestrácií.</i>
9.5	Takto upravená proximálna tubulárna komponenta je potom doplnená bifurkačnou komponentou a nožičkami, ktoré kotvia stentgrafty do spoločných pánevnych tepien.	<i>spĺňa</i>	9.5 <i>Takto upravená proximálna tubulárna komponenta je potom doplnená bifurkačnou komponentou a nožičkami, ktoré kotvia stentgrafty do spoločných pánevnych tepien.</i>
9.6	Stentgraft je určený pre endovaskulárne reparácie juxtarenálnych brušných výdutí.	<i>spĺňa</i>	9.6 <i>Stentgraft je určený pre endovaskulárne reparácie juxtarenálnych brušných výdutí.</i>
9.7	Materiál stentgraftu je MR kompatibilný.	<i>spĺňa</i>	9.7 <i>Materiál stentgraftu je MR kompatibilný.</i>
9.8	Orientácia, pozícia a prekryvanie stentgraftu je zaistené RTG kontrastnými markermi.	<i>spĺňa</i>	9.8 <i>Orientácia, pozícia a prekryvanie stentgraftu je zaistené RTG kontrastnými markermi.</i>

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

9.9	Stentgraft umožňuje bezpečné vypúšťanie s možnosťou regulovať pozíciu počas otvárania.	spĺňa	9.9	Stentgraft umožňuje bezpečné vypúšťanie s možnosťou regulovať pozíciu počas otvárania.	
9.10	Zavádzacie sú nezlomiteľnej konštrukcie s hydrofilným povrchom.	spĺňa	9.10	Zavádzacie sú nezlomiteľnej konštrukcie s hydrofilným povrchom.	
9.11	U výrobku je zaistená biokompatibilita materiálov.	spĺňa	9.11	U výrobku je zaistená biokompatibilita materiálov.	
9.12	Dodávateľ musí v konečnej cene počítať s vlastným meraním anatómie pacienta a následným vyhotovením výrobného konceptu, ktorý schvaľuje do výroby lekár.	spĺňa	9.12	Dodávateľ musí v konečnej cene počítať s vlastným meraním anatómie pacienta a následným vyhotovením výrobného konceptu, ktorý schvaľuje do výroby lekár.	
Položka č. 10 - Stentgraft aortálny bifurkačný distálny pre reparácie juxtarenálnych a thorako - abdominálnych aneuryziem		Položka č. 10	Položka č. 10 - Stentgraft aortálny bifurkačný distálny pre reparácie juxtarenálnych a thorako - abdominálnych aneuryziem		
10.1	Požadujeme stentgraft bifurkačný ako distálny k variantnému tubulárnemu fenestrovanému a / alebo thorako-abdominálnemu brandžovanému proximálnemu dielu v požadovaných kombináciách.	spĺňa	10.1	Požadujeme stentgraft bifurkačný ako distálny k variantnému tubulárnemu fenestrovanému a / alebo thorako-abdominálnemu brandžovanému proximálnemu dielu v požadovaných kombináciách.	
10.2	Distálna komponenta sa vsúva a otvára do komponenty proximálnej a predlžuje stentgraft až pod brušnú bifurkáciu. Orientácia musí byť zaistená zlatými markermi.	spĺňa	10.2	Distálna komponenta sa vsúva a otvára do komponenty proximálnej a predlžuje stentgraft až pod brušnú bifurkáciu. Orientácia musí byť zaistená zlatými markermi.	
10.3	Požadujeme výber rôznych dĺžok od 76 mm do 124 mm, v hornom diametri 22. resp. 24 mm.	spĺňa	10.3	Požadujeme výber rôznych dĺžok od 76 mm do 124 mm, v hornom diametri 22. resp. 24 mm.	
10.4	Materiál musí byť kompatibilný s horným dielom, ide o oceľ na tkanom polyestere.	spĺňa	10.4	Materiál musí byť kompatibilný s horným dielom, ide o oceľ na tkanom polyestere.	
10.5	Obe komponenty sú biokompatibilné aj MR kompatibilné.	spĺňa	10.5	Obe komponenty sú biokompatibilné aj MR kompatibilné.	
10.6	Požadujeme zavádzač, ktorý je maximálne s vonkajším priemerom 22 Fr., u bežných veľkostí 20 Fr., s hydrofilným povrchom a uzatvárateľnou chlopňou.	spĺňa	10.6	Požadujeme zavádzač, ktorý je maximálne s vonkajším priemerom 22 Fr., u bežných veľkostí 20 Fr., s hydrofilným povrchom a uzatvárateľnou chlopňou.	
Položka č. 11 - Stent do žilného riečiska		Položka č. 11	Položka č. 11 - Stent do žilného riečiska		
11.1	Stent do iliofemorálneho žilného riečiska, pre vodiče 0,035" na zavádzači 80 a 120 cm, pre zavádzače 7 Fr. Priemer 14 a 16 mm v dĺžkach 60, 100 a 140 mm. □	spĺňa	11.1	Stent do iliofemorálneho žilného riečiska, pre vodiče 0,035" na zavádzači 80 a 120 cm, pre zavádzače 7 Fr. Priemer 14 a 16 mm v dĺžkach 60, 100 a 140 mm. □	
Položka č. 12 - Zavádzač štandardný bez ihly a vodiča röntgenkontrastná špička		Položka č. 12	Položka č. 12 - Zavádzač štandardný bez ihly a vodiča röntgenkontrastná špička		
12.1	Zavádzač s pevným puzdrom, ktorý sa nekomprimuje ani nezalamuje, so silnostenným kónickým dilatátorom dimenzovaným pre vodiče 0,038 inch, na konci opatrený kónusom so závitom typu Luer, opatrený röntgenkontrastnou špičkou. Zavádzač je osadený spojovacou hadičkou zakončenou ventilom a hemostatickou chlopňou, ktorá neobteká. Puzdro vyrobené v dĺžke 70 a 85 cm a s vnútorným lúmenom vybraných dĺžok v rozmedzí 12 - 18 Fr.	spĺňa	12.1	Zavádzač s pevným puzdrom, ktorý sa nekomprimuje ani nezalamuje, so silnostenným kónickým dilatátorom dimenzovaným pre vodiče 0,038 inch, na konci opatrený kónusom so závitom typu Luer, opatrený röntgenkontrastnou špičkou. Zavádzač je osadený spojovacou hadičkou zakončenou ventilom a hemostatickou chlopňou, ktorá neobteká. Puzdro vyrobené v dĺžke 70 a 85 cm a s vnútorným lúmenom vybraných dĺžok v rozmedzí 12 - 18 Fr.	
Položka č. 13 - Zavádzač špeciálny vystužený oceľovým koilom pre vodič 0,038 inch		Položka č. 13	Položka č. 13 - Zavádzač špeciálny vystužený oceľovým koilom pre vodič 0,038 inch		
13.1	Zavádzač vystužený oceľovou špirálou s röntgenkontrastnou značkou na konci opatrený preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom a dilatátorom, pre vodič 0,038 inch., v rozmeroch: 5-10 Fr a v dĺžkach medzi 30 -90 cm.	spĺňa	13.1	Zavádzač vystužený oceľovou špirálou s röntgenkontrastnou značkou na konci opatrený preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom a dilatátorom, pre vodič 0,038 inch., v rozmeroch: 5-10 Fr a v dĺžkach medzi 30 -90 cm.	
Položka č. 14 - Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom 90 cm		Položka č. 14	Položka č. 14 - Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom 90 cm		
14.1	Zavádzač vystužený oceľovou špirálou potiahnutý hydrofilnou vrstvou s röntgenkontrastnou značkou na konci. Tieto zavádzacie sú balené v sete s dvomi kónickými dilatátormi dimenzovanými pre vodiče 0,018 a 0,038 inch. Hemostatická chlopeň je opatrená preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom. Zavádzač je na konci opatrený mäkkou atraumatickou zónou. Zavádzač je konfigurovaný ako rovný, alebo zahnutý (multipurposa) mierne a viac (renal double). Požaduje sa v rozmeroch 4-6 Fr., dĺžky 90 cm	spĺňa	14.1	Zavádzač vystužený oceľovou špirálou potiahnutý hydrofilnou vrstvou s röntgenkontrastnou značkou na konci. Tieto zavádzacie sú balené v sete s dvomi kónickými dilatátormi dimenzovanými pre vodiče 0,018 a 0,038 inch. Hemostatická chlopeň je opatrená preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom. Zavádzač je na konci opatrený mäkkou atraumatickou zónou. Zavádzač je konfigurovaný ako rovný, alebo zahnutý (multipurposa) mierne a viac (renal double). Požaduje sa v rozmeroch 4-6 Fr., dĺžky 90 cm	

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Položka č. 15 - Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom 55 cm		Položka č. 15	Položka č. 15 - Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom 55 cm	
15.1	Zavádzač vystužený oceľovou špirálou potiahnutý hydrofilnou vrstvou s röntgenkontrastnou značkou na konci. Tieto zavádzače sú balené v sete s dvomi kónickými dilatátormi dimenzovanými pre vodiče 0,018 a 0,038 inch. Zavádzač opatrený trojcestným kohútikom. Zavádzač je na konci opatrený mäkkou atraumatickou zónou. Zavádzač je konfigurovaný ako zahnutý (multipurposa) mierne a viac (renal double a cobra) Je k dispozícii v rozmeroch 4-7 Fr., dĺžky 45-110 cm, rovný zahnutý, Balkin apod.	spĺňa	15.1	Zavádzač vystužený oceľovou špirálou potiahnutý hydrofilnou vrstvou s röntgenkontrastnou značkou na konci. Tieto zavádzače sú balené v sete s dvomi kónickými dilatátormi dimenzovanými pre vodiče 0,018 a 0,038 inch. Zavádzač opatrený trojcestným kohútikom. Zavádzač je na konci opatrený mäkkou atraumatickou zónou. Zavádzač je konfigurovaný ako zahnutý (multipurposa) mierne a viac (renal double a cobra) Je k dispozícii v rozmeroch 4-7 Fr., dĺžky 45-110 cm, rovný zahnutý, Balkin apod.
Položka č. 16 - Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom pre vodič 0,035 inch.		Položka č. 16	Položka č. 16 - Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom pre vodič 0,035 inch.	
16.1	Zavádzač vodiaci vystužený oceľovou špirálou s röntgenkontrastnou značkou na konci, opatrený preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom, pre vodič 0,035 inch. Zavádzač v sete s dilatátorom s ultramäkkou konštrukciou, držiaci doprednou silu opatrený na konci dvomi prechodovými zónami pre dosiahnutie maximálnej flexibility, rozmary: medzi 4-12 Fr. a dĺžky medzi 45 - 110 cm. Hrot zavádzača buď priamy, alebo zahnutý.	spĺňa	16.1	Zavádzač vodiaci vystužený oceľovou špirálou s röntgenkontrastnou značkou na konci, opatrený preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom, pre vodič 0,035 inch. Zavádzač v sete s dilatátorom s ultramäkkou konštrukciou, držiaci doprednou silu opatrený na konci dvomi prechodovými zónami pre dosiahnutie maximálnej flexibility, rozmary: medzi 4-12 Fr. a dĺžky medzi 45 - 110 cm. Hrot zavádzača buď priamy, alebo zahnutý.
Položka č. 17 - Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom 40 cm hydrofilný		Položka č. 17	Položka č. 17 - Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom 40 cm hydrofilný	
17.1	Zavádzač vodiaci vystužený oceľovou špirálou s röntgenkontrastnou značkou na konci, opatrený preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom, pre vodič 0,035 inch. Zavádzač v sete s dilatátorom s ultramäkkou konštrukciou, držiaci doprednou silu opatrený na konci dvomi prechodovými zónami pre dosiahnutie maximálnej flexibility, rozmary: 5,5-8 Fr., dĺžky 40 cm. Hrot zavádzača zahnutý o 180 stupňov.	spĺňa	17.1	Zavádzač vodiaci vystužený oceľovou špirálou s röntgenkontrastnou značkou na konci, opatrený preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom, pre vodič 0,035 inch. Zavádzač v sete s dilatátorom s ultramäkkou konštrukciou, držiaci doprednou silu opatrený na konci dvomi prechodovými zónami pre dosiahnutie maximálnej flexibility, rozmary: 5,5-8 Fr., dĺžky 40 cm. Hrot zavádzača zahnutý o 180 stupňov.
Položka č. 18 - Diagnostické katétre		Položka č. 18	Položka č. 18 - Diagnostické katétre	
18.1	Katétre diagnostické, ktoré sú určené najmä pre prehľadné nástreky vykonávané prostredníctvom tlakovej striekačky väčších ciev pred selektívnu angiografiu. Nízko profilové katétre s atraumatickým koncom, stabilné, s jedným centrálnym otvorom a niekoľkými postrannými otvormi. Všetky musia byť štandardne vybavené plastovou koncovkou typu Luer lock. Tieto katétre sú buď rovné alebo s pig-tail zakončením. Musia byť k dispozícii v týchto parametroch: veľkosť 4 Fr. a 5 Fr., v dĺžkach od 70 do 110 cm, vnútorný priemer 0,035 alebo 0,038 inch. Kapacita prietoku týchto katéetrov sa musí pohybovať od 17 do 32 ml /s v závislosti na veľkosti a dĺžke katétra a tiež na počte otvorov. U všetkých požadujeme maximálny tlak 1200 psi.	spĺňa	18.1	Katétre diagnostické, ktoré sú určené najmä pre prehľadné nástreky vykonávané prostredníctvom tlakovej striekačky väčších ciev pred selektívnu angiografiu. Nízko profilové katétre s atraumatickým koncom, stabilné, s jedným centrálnym otvorom a niekoľkými postrannými otvormi. Všetky musia byť štandardne vybavené plastovou koncovkou typu Luer lock. Tieto katétre sú buď rovné alebo s pig-tail zakončením. Musia byť k dispozícii v týchto parametroch: veľkosť 4 Fr. a 5 Fr., v dĺžkach od 70 do 110 cm, vnútorný priemer 0,035 alebo 0,038 inch. Kapacita prietoku týchto katéetrov sa musí pohybovať od 17 do 32 ml /s v závislosti na veľkosti a dĺžke katétra a tiež na počte otvorov. U všetkých požadujeme maximálny tlak 1200 psi.
Položka č. 19 - Diagnostické katétre koilované		Položka č. 19	Položka č. 19 - Diagnostické katétre koilované	
19.1	Katétre diagnostické tenkostenné vyrobené z nylonu prepleteného oceľovými vláknami ako výstuhou, röntgenkontrastné, pre selektívnu angiografiu. Nízko profilové katétre, s jedným koncovým otvorom, s atraumatickým hrotom, ktoré sa dobre ovládajú a zaisťujú oporu vďaka oceľovému prepleteniu. Na proximálnom konci s plastovou koncovkou s Luer adaptérom, na distálnom konci hrot s röntgenkontrastným markerom. Katétre musia byť k dispozícii preformované s rôznymi tvarovými zakončeniami podľa anatomických pomerov, pre viscerálnu angiografiu, cerebrálnu angiografiu, katétre špeciálne a manipulačné. Kapacita prietoku týchto katéetrov musí byť min.15 ml/1s pri max. tlaku 82barov (1200psi). Musia byť k dispozícii aj vo veľkostiach 4 Fr. alebo 5 Fr., v dĺžkach 40, 65, 80, 100 a 125 cm. Ich vnútorný priemer 0,035 a alebo 0,038 inch.	spĺňa	19.1	Katétre diagnostické tenkostenné vyrobené z nylonu prepleteného oceľovými vláknami ako výstuhou, röntgenkontrastné, pre selektívnu angiografiu. Nízko profilové katétre, s jedným koncovým otvorom, s atraumatickým hrotom, ktoré sa dobre ovládajú a zaisťujú oporu vďaka oceľovému prepleteniu. Na proximálnom konci s plastovou koncovkou s Luer adaptérom, na distálnom konci hrot s röntgenkontrastným markerom. Katétre musia byť k dispozícii preformované s rôznymi tvarovými zakončeniami podľa anatomických pomerov, pre viscerálnu angiografiu, cerebrálnu angiografiu, katétre špeciálne a manipulačné. Kapacita prietoku týchto katéetrov musí byť min.15 ml/1s pri max. tlaku 82barov (1200psi). Musia byť k dispozícii aj vo veľkostiach 4 Fr. alebo 5 Fr., v dĺžkach 40, 65, 80, 100 a 125 cm. Ich vnútorný priemer 0,035 a alebo 0,038 inch.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Položka č. 20 - Hydrofilné vodiče		Položka č. 20	Položka č. 20 - Hydrofilné vodiče	
20.1	Hydrofilný vodič s dobrou priechodnosťou a súčasne dobrou oporou pre diagnostické a intervenčné vaskulárne výkony. Tento vodič musí mať nitinolové jadro s platinovým koncom a hydrofilný povrch, ktorý si zachováva svoje vlastnosti aj po opakovaných zavedeniach v rámci jedného výkonu. Vodič musí mať tieto parametre: 0,035 inch., dĺžky 145 alebo 150 cm, 180 až 190 cm, 260 až 300 cm, typ konca - rovný alebo zahnutý, rôzne dĺžky mäkkého zakončenia. Ďalšou požadovanou vlastnosťou je pružnosť, odolnosť voči ohnuti, event. zalomeniu, dobrá priechodnosť, röntgenkontrastný koniec, dobre ovládateľný a riaditeľný. V súvislosti s týmto požadujeme, aby bol dodávaný s rotátorom. Požadujeme tiež, aby mal točivý moment 1:1 pri pomere manipulácie s distálnym koncom a rotáciou proximálneho konca.	spĺňa	20.1 <i>Hydrofilný vodič s dobrou priechodnosťou a súčasne dobrou oporou pre diagnostické a intervenčné vaskulárne výkony. Tento vodič musí mať nitinolové jadro s platinovým koncom a hydrofilný povrch, ktorý si zachováva svoje vlastnosti aj po opakovaných zavedeniach v rámci jedného výkonu. Vodič musí mať tieto parametre: 0,035 inch., dĺžky 145 alebo 150 cm, 180 až 190 cm, 260 až 300 cm, typ konca - rovný alebo zahnutý, rôzne dĺžky mäkkého zakončenia. Ďalšou požadovanou vlastnosťou je pružnosť, odolnosť voči ohnuti, event. zalomeniu, dobrá priechodnosť, röntgenkontrastný koniec, dobre ovládateľný a riaditeľný. V súvislosti s týmto požadujeme, aby bol dodávaný s rotátorom. Požadujeme tiež, aby mal točivý moment 1:1 pri pomere manipulácie s distálnym koncom a rotáciou proximálneho konca.</i>	
Položka č. 21 - Vodič extra tuhý 0,035 inch.		Položka č. 21	Položka č. 21 - Vodič extra tuhý 0,035 inch.	
21.1	Vodič pre komplexné endovaskulárne intervencie, extrémne tuhý vodič s pevným jadrom z nerezovej ocele potiahnutý PTFE s rôzne dlhým mäkkým koncom od 15 cm, buď s rovným koncom alebo so zakončením rôznych polomerov zakrivenia dvojitého s polomermi 4-7,5 mm, dvakrát dvojitého s polomermi 4 - 7,5 a 15 mm a alebo predĺženého dvojitého s polomermi 4 - 5,5 - 15 mm. Priemer vodiča 0,035 inch, v dĺžkach 260 a 300 cm.	spĺňa	21.1 <i>Vodič pre komplexné endovaskulárne intervencie, extrémne tuhý vodič s pevným jadrom z nerezovej ocele potiahnutý PTFE s rôzne dlhým mäkkým koncom od 15 cm, buď s rovným koncom alebo so zakončením rôznych polomerov zakrivenia dvojitého s polomermi 4-7,5 mm, dvakrát dvojitého s polomermi 4 - 7,5 a 15 mm a alebo predĺženého dvojitého s polomermi 4 - 5,5 - 15 mm. Priemer vodiča 0,035 inch, v dĺžkach 260 a 300 cm.</i>	
Položka č. 22 - Extraktor OTW		Položka č. 22	Položka č. 22 - Extraktor OTW	
22.1	Extraktor zahnutý, typu „husí krk“. Extraktor má dĺžky 50 a 100 cm a je loudovaný záväzdačmi 5 a 6,3 Fr. Priemer slučky extraktora min 10 - 25 mm. Obsahuje ihlu, dilatátor, koaxiálny záväzdač.	spĺňa	22.1 <i>Extraktor zahnutý, typu „husí krk“. Extraktor má dĺžky 50 a 100 cm a je loudovaný záväzdačmi 5 a 6,3 Fr. Priemer slučky extraktora min 10 - 25 mm. Obsahuje ihlu, dilatátor, koaxiálny záväzdač.</i>	

5. MINIMÁLNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. Boženy Němcovej 14 811 04 Bratislava	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa:		Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Požaduje sa:
1.	Kúpna zmluva sa uzatvára na dohodnuté zmluvné obdobie, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.	akceptujem	1. <i>Kúpna zmluva sa uzatvára na dohodnuté zmluvné obdobie, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.</i>
2.	Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.	akceptujem	2. <i>Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.</i>
3.	Požaduje sa dodanie tovaru:		3. <i>Požaduje sa dodanie tovaru:</i>
3.1	do 48 hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,	akceptujem	3.1 <i>do 48 hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,</i>
3.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),	akceptujem	3.2 <i>v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),</i>
3.3	v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,	akceptujem	3.3 <i>v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,</i>

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

3.4	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti zmluvy),	akceptujem	3.4	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti zmluvy),
3.5	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo zmluvy, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	akceptujem	3.5	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo zmluvy, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
4.	V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).	akceptujem	4.	V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).
5.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.	akceptujem	5.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
6.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vus.ch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	6.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vus.ch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
7.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.	akceptujem	7.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
8.	Objednávateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar podľa tohto článku na základe faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doručenej objednávateľovi. Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej zmluvy.	akceptujem	8.	Objednávateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar podľa tohto článku na základe faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doručenej objednávateľovi. Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej zmluvy.
9.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem	9.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

10.	<p>Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s:</p> <p>a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,</p> <p>b) zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,</p> <p>c) s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, ďalej len "legislatívna zmena ceny",</p> <p>d) s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,</p> <p>e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.,</p> <p>f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej len "zoznamom zdravotnej poisťovne".</p>	akceptujem	<p>Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s:</p> <p>a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,</p> <p>b) zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,</p> <p>c) s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, ďalej len "legislatívna zmena ceny",</p> <p>d) s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,</p> <p>e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.,</p> <p>f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej len "zoznamom zdravotnej poisťovne".</p>
11.	<p>V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je dodávateľ povinný, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní od účinnosti zmeny, objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.).</p> <p>V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.</p>	akceptujem	<p>V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je dodávateľ povinný, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní od účinnosti zmeny, objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.).</p> <p>V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.</p>
12.	<p>Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane:</p> <p>- dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo</p> <p>- dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak:</p> <p>objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ:</p> <p>9.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny.</p> <p>9.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.</p>	akceptujem	<p>Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane:</p> <p>- dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo</p> <p>- dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak:</p> <p>objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ:</p> <p>9.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny.</p> <p>9.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.</p>
13.	<p>V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.</p>	akceptujem	<p>V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.</p>
13.1	<p>Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 13.</p>	akceptujem	<p>Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 13.</p>

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

14.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve od akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy), objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého (1.) kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď objednávateľa doručená dodávateľovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.	akceptujem	14.	<i>V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve od akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy), objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého (1.) kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď objednávateľa doručená dodávateľovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.</i>
15.	Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/z Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.	akceptujem	15.	<i>Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/z Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.</i>
16.	Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.	akceptujem	16.	<i>Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.</i>
17.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 11. - 16. týchto zmluvných podmienok.	akceptujem	17.	<i>Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 11. - 16. týchto zmluvných podmienok.</i>
18.	Požaduje sa, aby dodávateľ akceptoval, že objednávateľ si vyhradzuje právo na ukončenie zmluvného vzťahu výpoveďou v lehote siedmich pracovných dní od doručenia výpovede a to z nasledovného dôvodu: - objednávateľ v čase trvania zmluvy pristúpi k uzatvoreniu zmluvy na rovnaký predmet zákazky, ktorá je výsledkom nadlimitnej verejnej súťaže.	akceptujem	18.	<i>Požaduje sa, aby dodávateľ akceptoval, že objednávateľ si vyhradzuje právo na ukončenie zmluvného vzťahu výpoveďou v lehote siedmich pracovných dní od doručenia výpovede a to z nasledovného dôvodu: - objednávateľ v čase trvania zmluvy pristúpi k uzatvoreniu zmluvy na rovnaký predmet zákazky, ktorá je výsledkom nadlimitnej verejnej súťaže.</i>
19.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	akceptujem	19.	<i>Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.</i>
20.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na vyššiu moc, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vyššej moci, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.	akceptujem	20.	<i>Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na vyššiu moc, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vyššej moci, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.</i>
21.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	21.	<i>Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.</i>

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

22.	Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.	akceptujem	22.	<i>Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.</i>
23.	Požaduje sa akceptovať záväzok dodávateľa dodržiavať etické zásady objednávateľa uvedené v Etickom kódexe obchodných partnerov spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na webovom sídle objednávateľa www.vusch.sk , pričom v prípade zistenia, že dodávateľ Etický kódex porušuje, je objednávateľ oprávnený zmluvu v 1-mesačnej výpovednej lehote vypovedať. Výpovedná lehota začne plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď objednávateľa doručená dodávateľovi.	akceptujem	23.	<i>Požaduje sa akceptovať záväzok dodávateľa dodržiavať etické zásady objednávateľa uvedené v Etickom kódexe obchodných partnerov spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na webovom sídle objednávateľa www.vusch.sk , pričom v prípade zistenia, že dodávateľ Etický kódex porušuje, je objednávateľ oprávnený zmluvu v 1-mesačnej výpovednej lehote vypovedať. Výpovedná lehota začne plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď objednávateľa doručená dodávateľovi.</i>