

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
 STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Monitorovacia centrála a monitory vitálnych funkcií

1.2 CPV:

33195000-3 - Systém monitorovania pacientov

51410000-9 - Inštalácia lekársnych zariadení

50421000-2 - Opravy a údržba lekársnych zariadení

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Monitory slúžia na zaznamenávanie a vyhodnocovanie vitálnych funkcií pacienta a to (EKG, SpO2, TT, NIBP, 2xIBP), ktoré sú dátovou sieťou prenášané do centrálneho monitorovacieho systému.

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

☐ Áno

☒ Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č.1	Modulárny monitor vitálnych funkcií, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP, 2xIBP, teplota	ks	6
Položka č.2	Transportný zásuvný modul monitora vitálnych funkcií s obrazovkou, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP	ks	6
Položka č.3	Modulárny prenosný monitor vitálnych funkcií s 12 zvod. EKG, NIBP, SpO2 a s odnímateľnou defibrilačnou jednotkou	ks	1
Položka č.4	Monitorovacia centrála pre monitory uvedené v položke 1 pre 10 pacientov (monitorov) - centrálny monitor	ks	1

3.2 Dostupnosť na trhu:

☒ Bežná dostupnosť

☐ Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		Dodávateľ č. 1	Dodávateľ č. 2	Dodávateľ č. 2	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		<p>MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81 949 01 Nitra</p> <p>Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>V prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty</p>	<p>Unique Medical s. r. o. Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava</p> <p>Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>V prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty</p>	<p>BLUEMED s.r.o. Nevádzová 17211/6E 821 01 Bratislava</p> <p>Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>V prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty</p>	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	
Položka č. 1 - Modulárny monitor vitálnych funkcií, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP, 2xIBP, teplota		Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1 - Modulárny monitor vitálnych funkcií, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP, 2xIBP, teplota	
Počet monitorov - 6 ks		xxx	xxx	xxx	Počet monitorov - 6 ks	
1.	Veľkosť farebnej a dotykovej obrazovky - min. 15 palcov	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.	Veľkosť farebnej a dotykovej obrazovky - min. 15 palcov
2.	Počet vstupov pre zásuvné moduly - min. 4 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.	Počet vstupov pre zásuvné moduly - min. 4 ks
3.	Váha prístroja s batériou max. 8 kg	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.	Váha prístroja s batériou max. 8 kg
4.	Výdrž na internú batériu min. 2 hod.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.	Výdrž na internú batériu min. 2 hod.
5.	Počet súčasne zobrazovaných kriviek - min. 4 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.	Počet súčasne zobrazovaných kriviek - min. 4 ks
6.	Pamäť trendov v monitore - min. 48 hod.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.	Pamäť trendov v monitore - min. 48 hod.
7.	Meranie EKG 3/5 zvodové s výberom zvodov.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.	Meranie EKG 3/5 zvodové s výberom zvodov.
8.	Rozsah merania HR minimálne v rozsahu 15 - 300 bmp	spĺňa	spĺňa	spĺňa	8.	Rozsah merania HR minimálne v rozsahu 15 - 300 bmp

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
 STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

9.	Respirácia so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančne z EKG zvodov) (dospelý/dieťa) minimálne v rozsahu 0 - 150 dych/min	splňa	splňa	splňa	9.	Respirácia so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančne z EKG zvodov) (dospelý/dieťa) minimálne v rozsahu 0 - 150 dych/min
10.	Pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu minimálne 0 - 100 %	splňa	splňa	splňa	10.	Pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu minimálne 0 - 100 %
11.	Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu	splňa	splňa	splňa	11.	Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu
12.	Monitor vitálnych funkcií so základným modulom musí umožňovať monitorovanie: EKG (ST segment), resp., SpO2, neinv.TK, 2x IBP, teplota	splňa	splňa	splňa	12.	Monitor vitálnych funkcií so základným modulom musí umožňovať monitorovanie: EKG (ST segment), resp., SpO2, neinv.TK, 2x IBP, teplota
13.	Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr.fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu	splňa	splňa	splňa	13.	Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr.fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu
14.	Meranie Qt/Qtc intervalu	splňa	splňa	splňa	14.	Meranie Qt/Qtc intervalu
15.	Neinvazívny krvný tlak spustiteľný aj s centrálnej stanice s možnosťou voľby intervalu pravidelných meraní, manuálne merania, možnosť merania v 4 rôznych nastaviteľných sekvenciách	splňa	splňa	splňa	15.	Neinvazívny krvný tlak spustiteľný aj s centrálnej stanice s možnosťou voľby intervalu pravidelných meraní, manuálne merania, možnosť merania v 4 rôznych nastaviteľných sekvenciách
16.	Monitor vitálnych funkcií musí mať rozlíšené alarmy vizuálne aj akusticky minimálne do 2 úrovni podľa priority	splňa	splňa	splňa	16.	Monitor vitálnych funkcií musí mať rozlíšené alarmy vizuálne aj akusticky minimálne do 2 úrovni podľa priority
17.	Monitor vitálnych funkcií musí umožňovať priame pripojenie modulov: IBP modul, GAS modul, CO2 modul	splňa	splňa	splňa	17.	Monitor vitálnych funkcií musí umožňovať priame pripojenie modulov: IBP modul, GAS modul, CO2 modul
18.	Monitor vitálnych funkcií musí mať výstup na externý displej	splňa	splňa	splňa	18.	Monitor vitálnych funkcií musí mať výstup na externý displej
19.	Monitor vitálnych funkcií musí mať možnosť pripojenia čítačky čiarových kódov	splňa	splňa	splňa	19.	Monitor vitálnych funkcií musí mať možnosť pripojenia čítačky čiarových kódov
20.	Monitor vitálnych funkcií musí byť kompatibilný s protokolom HL7	splňa	splňa	splňa	20.	Monitor vitálnych funkcií musí byť kompatibilný s protokolom HL7
21.	Monitor musí byť schopný prepojenia s ventilátormi pre UPV	splňa	splňa	splňa	21.	Monitor musí byť schopný prepojenia s ventilátormi pre UPV
22.	Monitor musí byť schopný prepojenia monitorov do centrálnej stanice káblom alebo bezdrôtovo	splňa	splňa	splňa	22.	Monitor musí byť schopný prepojenia monitorov do centrálnej stanice káblom alebo bezdrôtovo
23.	Minimálne príslušenstvo k monitorom vitálnych funkcií - senzory a káble pre monitorovanie vitálnych funkcií: EKG (3 alebo 5 zvodové), Neinv.TK, SpO2 senzor, teplotná sonda	splňa	splňa	splňa	23.	Minimálne príslušenstvo k monitorom vitálnych funkcií - senzory a káble pre monitorovanie vitálnych funkcií: EKG (3 alebo 5 zvodové), Neinv.TK, SpO2 senzor, teplotná sonda
24.	Modul k základným monitorom umožňujúci meranie CO, CI- hemodynamiky termodilačnou metódou, 2 ks	splňa	splňa	splňa	24.	Modul k základným monitorom umožňujúci meranie CO, CI- hemodynamiky termodilačnou metódou, 2 ks
Položka č. 2 - Transportný zásuvný modul monitora vitálnych funkcií s obrazovkou, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP		Položka č. 2	Položka č. 2	Položka č. 2	Položka č. 2 - Transportný zásuvný modul monitora vitálnych funkcií s obrazovkou, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP	
Počet monitorov - 6 ks		xxx	xxx	xxx	Počet monitorov - 6 ks	
1.	Modul musí byť schopný kontinuálneho monitorovania pacienta počas transportu s následným prenosom údajov do modulárneho monitora	splňa	splňa	splňa	1.	Modul musí byť schopný kontinuálneho monitorovania pacienta počas transportu s následným prenosom údajov do modulárneho monitora
2.	Modul musí byť schopný priameho pripojenia do ľubovoľného monitora VF opísaného v položke č.1 bez prepojovacích káblov	splňa	splňa	splňa	2.	Modul musí byť schopný priameho pripojenia do ľubovoľného monitora VF opísaného v položke č.1 bez prepojovacích káblov
3.	Uhlopriečka obrazovky - min. 15 cm	splňa	splňa	splňa	3.	Uhlopriečka obrazovky - min. 15 cm
4.	Počet zobrazených kriviek - min. 3	splňa	splňa	splňa	4.	Počet zobrazených kriviek - min. 3
5.	Rotácia obrazovky (zobrazovaných údajov) podľa polohy modulu pre uľahčenie pozorovania pre obsluhujúci personál	splňa	splňa	splňa	5.	Rotácia obrazovky (zobrazovaných údajov) podľa polohy modulu pre uľahčenie pozorovania pre obsluhujúci personál
6.	Prevádzka na internú batériu - min. 4 hodiny	splňa	splňa	splňa	6.	Prevádzka na internú batériu - min. 4 hodiny
7.	Nabíjanie modulu je priamo z monitora VF alebo dokovacej stanice	splňa	splňa	splňa	7.	Nabíjanie modulu je priamo z monitora VF alebo dokovacej stanice
8.	Možnosť uchytenia na tyč	splňa	splňa	splňa	8.	Možnosť uchytenia na tyč
9.	Hmotnosť modulu s batériou a rukoväťou na prenášanie - max. 1,5 kg	splňa	splňa	splňa	9.	Hmotnosť modulu s batériou a rukoväťou na prenášanie - max. 1,5 kg
10.	Meranie EKG 3/5 zvodové s výberom zvodov.	splňa	splňa	splňa	10.	Meranie EKG 3/5 zvodové s výberom zvodov.
11.	Rozsah merania HR minimálne v rozsahu - 15 - 300 bmp	splňa	splňa	splňa	11.	Rozsah merania HR minimálne v rozsahu - 15 - 300 bmp
12.	Respirácia so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančne z EKG zvodov) (dospelý/dieťa) minimálne v rozsahu - 0 - 150 dych/min	splňa	splňa	splňa	12.	Respirácia so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančne z EKG zvodov) (dospelý/dieťa) minimálne v rozsahu - 0 - 150 dych/min
13.	Pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu minimálne 0-100 %	splňa	splňa	splňa	13.	Pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu minimálne 0-100 %
14.	Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu	splňa	splňa	splňa	14.	Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu
15.	Monitor vitálnych funkcií so základným modulom musí umožňovať monitorovanie: EKG (ST segment), resp., SpO2, neinv.TK, 2x IBP, teplota	splňa	splňa	splňa	15.	Monitor vitálnych funkcií so základným modulom musí umožňovať monitorovanie: EKG (ST segment), resp., SpO2, neinv.TK, 2x IBP, teplota
16.	Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr.fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu	splňa	splňa	splňa	16.	Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr.fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu
Položka č. 3 - Modulárny prenosný monitor vitálnych funkcií s 12 zvod. EKG, NIBP, SpO2 a s odnímateľnou defibrilačnou jednotkou		Položka č. 3	Položka č. 3	Položka č. 3	Položka č. 3 - Modulárny prenosný monitor vitálnych funkcií s 12 zvod. EKG, NIBP, SpO2 a s odnímateľnou defibrilačnou jednotkou	
Počet monitorov - 1 ks		xxx	xxx	xxx	Počet monitorov - 1 ks	
1.	Veľkosť farebnej podsvietenej LCD obrazovky - min. 8 palcov	splňa	splňa	splňa	1.	Veľkosť farebnej podsvietenej LCD obrazovky - min. 8 palcov
2.	Zobrazenia a tlač záznamu EKG krivky pacienta - počet zvodov min. 12	splňa	splňa	splňa	2.	Zobrazenia a tlač záznamu EKG krivky pacienta - počet zvodov min. 12

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
 STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

3.	Nárazu odolný prístroj s certifikátom. Odolnosť voči vode a prachu - min. IP55	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.	Nárazu odolný prístroj s certifikátom. Odolnosť voči vode a prachu - min. IP55
4.	Hmotnosť celého prístroja bez príslušenstva (vrátane batérii)- max. 8 kg	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.	Hmotnosť celého prístroja bez príslušenstva (vrátane batérii)- max. 8 kg
5.	Hmotnosť samotnej defibrilačnej jednotky (vrátane batérii) - max. 4 kg	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.	Hmotnosť samotnej defibrilačnej jednotky (vrátane batérii) - max. 4 kg
6.	Počet výbojov na jednu nabitú batériu - min. 200 (počet)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.	Počet výbojov na jednu nabitú batériu - min. 200 (počet)
7.	Bifázický defibrilátor s výbojom v rozsahu - min. 2 - 200 J	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.	Bifázický defibrilátor s výbojom v rozsahu - min. 2 - 200 J
8.	Monitor vitálnych funkcií s odnímateľnou defibrilačnou jednotkou s možnosťou využitia režimu AED. Textová a hlasová navigácia v režime AED musí byť v slovenskom jazyku	spĺňa	spĺňa	spĺňa	8.	Monitor vitálnych funkcií s odnímateľnou defibrilačnou jednotkou s možnosťou využitia režimu AED. Textová a hlasová navigácia v režime AED musí byť v slovenskom jazyku
9.	Defibrilácia pomocou bezpečnostných lopatiek alebo jednorazových elektród pre všetky vekové skupiny s prepojovacím káblom min 1m dĺžka	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.	Defibrilácia pomocou bezpečnostných lopatiek alebo jednorazových elektród pre všetky vekové skupiny s prepojovacím káblom min 1m dĺžka
10.	S možnosťou 12 simultánnych zvodov pri meraní EKG	spĺňa	spĺňa	spĺňa	10.	S možnosťou 12 simultánnych zvodov pri meraní EKG
11.	Napájanie zo sieťového zdroja 230 V AC	spĺňa	spĺňa	spĺňa	11.	Napájanie zo sieťového zdroja 230 V AC
12.	Meranie saturácie kyslíkom SPO2 so snímačmi pre všetky vekové a hmotnostné skupiny	spĺňa	spĺňa	spĺňa	12.	Meranie saturácie kyslíkom SPO2 so snímačmi pre všetky vekové a hmotnostné skupiny
13.	Neinvasívny tlak krvi (NIBP) s manžetami pre všetky vekové a hmotnostné skupiny, s možnosťou priebežného sledovania tlaku krvi	spĺňa	spĺňa	spĺňa	13.	Neinvasívny tlak krvi (NIBP) s manžetami pre všetky vekové a hmotnostné skupiny, s možnosťou priebežného sledovania tlaku krvi
14.	Ponuka predkonfigurovaného zobrazenia displeja	spĺňa	spĺňa	spĺňa	14.	Ponuka predkonfigurovaného zobrazenia displeja
15.	Pamäťové úložisko na archiváciu údajov - CF karta	spĺňa	spĺňa	spĺňa	15.	Pamäťové úložisko na archiváciu údajov - CF karta
16.	Automatické meranie impedancie pri použití defibrilačných elektród	spĺňa	spĺňa	spĺňa	16.	Automatické meranie impedancie pri použití defibrilačných elektród
17.	Menu prístroja musí byť v slovenskom jazyku	spĺňa	spĺňa	spĺňa	17.	Menu prístroja musí byť v slovenskom jazyku
18.	Funkcia metronómu pri KPR s možnosťou vypnutia	spĺňa	spĺňa	spĺňa	18.	Funkcia metronómu pri KPR s možnosťou vypnutia
19.	Modulárny systém prístroja s oddelením zobrazovacej jednotky od defibrilačnej jednotky	spĺňa	spĺňa	spĺňa	19.	Modulárny systém prístroja s oddelením zobrazovacej jednotky od defibrilačnej jednotky
20.	Termo tlačiareň - 3 stôp súčasne	spĺňa	spĺňa	spĺňa	20.	Termo tlačiareň - 3 stôp súčasne
21.	Užívateľom konfigurovateľné rozloženie parametrov a kriviek na displeji	spĺňa	spĺňa	spĺňa	21.	Užívateľom konfigurovateľné rozloženie parametrov a kriviek na displeji
22.	Počítačovo riadený batériový manažment automaticky zabezpečujúci pravidelné vybíjanie a nabíjanie	spĺňa	spĺňa	spĺňa	22.	Počítačovo riadený batériový manažment automaticky zabezpečujúci pravidelné vybíjanie a nabíjanie
23.	Ochranná brašna chrániaca prístroj a zároveň slúžiaca na uskladnenie príslušenstva	spĺňa	spĺňa	spĺňa	23.	Ochranná brašna chrániaca prístroj a zároveň slúžiaca na uskladnenie príslušenstva
Položka č. 4 - Monitorovacia centrála pre monitory uvedené v položke 1 pre 10 pacientov (monitorov)		Položka č. 4	Položka č. 4	Položka č. 4	Položka č. 4 - Monitorovacia centrála pre monitory uvedené v položke 1 pre 10 pacientov (monitorov)	
Centrálny monitor 1 ks		xxx	xxx	xxx	Centrálny monitor 1 ks	
1.	počet monitorov vitálnych funkcií pripojiteľných a zároveň zobrazených na centrálnej stanici - min. 6 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.	počet monitorov vitálnych funkcií pripojiteľných a zároveň zobrazených na centrálnej stanici - min. 6 ks
2.	veľkosť farebnej obrazovky - min. 22 palcov	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.	veľkosť farebnej obrazovky - min. 22 palcov
3.	pamäť trendov - min. 7 dní	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.	pamäť trendov - min. 7 dní
4.	pamäť plnej EKG krivky so spätným prezeraním - min. 240 hod.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.	pamäť plnej EKG krivky so spätným prezeraním - min. 240 hod.
5.	Možnosť sledovania parametrov v reálnom čase, trendov a podpora pri prekladaní pacienta v rámci siete.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.	Možnosť sledovania parametrov v reálnom čase, trendov a podpora pri prekladaní pacienta v rámci siete.
6.	Možnosť zadania komplexných údajov o pacientovi (meno, identifikačné číslo, hmotnosť, výška, dátum narodenia, pohlavie).	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.	Možnosť zadania komplexných údajov o pacientovi (meno, identifikačné číslo, hmotnosť, výška, dátum narodenia, pohlavie).
7.	Potlačenie všetkých alarmov priamo z centrálne stanice (pre všetky úrovne alarmu) bez nutnosti potlačenia alarmu priamo na monitore VF	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.	Potlačenie všetkých alarmov priamo z centrálne stanice (pre všetky úrovne alarmu) bez nutnosti potlačenia alarmu priamo na monitore VF
8.	Spustenie merania NIBP pre jednotlivé monitory priamo z centrálnej stanice	spĺňa	spĺňa	spĺňa	8.	Spustenie merania NIBP pre jednotlivé monitory priamo z centrálnej stanice
9.	laserová tlačiareň pre tlačenie z centrálnej stanoce a monitorov VF na kancelársky papier - min. A4	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.	laserová tlačiareň pre tlačenie z centrálnej stanoce a monitorov VF na kancelársky papier - min. A4
10.	Centrálna stanica musí umožňovať zobrazenie všetkých meraných parametrov jednotlivých lôžkových monitorov súčasne	spĺňa	spĺňa	spĺňa	10.	Centrálna stanica musí umožňovať zobrazenie všetkých meraných parametrov jednotlivých lôžkových monitorov súčasne
11.	Centrálny stanica: musí obojsmerne komunikovať s lôžkovými a diagnostickými monitormi pre diaľkové ovládanie a zadávanie patientskych údajov a alarmových hraníc s ich následným zobrazením na lôžkovom monitore	spĺňa	spĺňa	spĺňa	11.	Centrálny stanica: musí obojsmerne komunikovať s lôžkovými a diagnostickými monitormi pre diaľkové ovládanie a zadávanie patientskych údajov a alarmových hraníc s ich následným zobrazením na lôžkovom monitore
12.	Centrálna stanica: musí umožniť prístup do nemocničnej siete v HL7 medicínskom protokole.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	12.	Centrálna stanica: musí umožniť prístup do nemocničnej siete v HL7 medicínskom protokole.
13.	Monitorovací systém musí byť schopný prepojenia monitorov do centrálnej stanice káblom alebo bezdrôtovo	spĺňa	spĺňa	spĺňa	13.	Monitorovací systém musí byť schopný prepojenia monitorov do centrálnej stanice káblom alebo bezdrôtovo

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
 STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

14.	Monitorovací systém musí umožňovať využitie existujúcej nemocničnej siete pre pripojenie monitorov a centrálnej stanice	spĺňa	spĺňa	spĺňa	14.	Monitorovací systém musí umožňovať využitie existujúcej nemocničnej siete pre pripojenie monitorov a centrálnej stanice
15.	Monitorovací systém musí mať vlastný zálohový zdroj elektrickej energie	spĺňa	spĺňa	spĺňa	15.	Monitorovací systém musí mať vlastný zálohový zdroj elektrickej energie

5. MINIMÁLNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81 949 01 Nitra	Unique Medical s. r. o. Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava	BLUEMED s.r.o. Nevädzová 17211/6E 821 01 Bratislava	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	
Požaduje sa:		Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Požaduje sa:	
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.	xxx	xxx	xxx	1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2.	Požaduje sa dodanie zariadenia:	xxx	xxx	xxx	2.	Požaduje sa dodanie zariadenia:
2.1	do tridsiatich (30) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy resp. odo dňa doručenia Oznámenia o splnení objednávateľom stanovených podmienok a požiadaviek na predmet zákazky dodávateľovi (ďalej len "Oznámenie"),	neakceptujem, výrobcom stanovená dodacia doba je 40-60 pracovných dní, ktorá reflektuje dianie vo svete	neakceptujem, dodacia doba v momentálnej situácii je 90 kalendárnych dní	neakceptujem, dodacia doba je 60 pracovných dní vzhľadom na celoeurópsku situáciu	2.1	do šesťdesiatich (60) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy resp. odo dňa doručenia Oznámenia o splnení objednávateľom stanovených podmienok a požiadaviek na predmet zákazky dodávateľovi (ďalej len "Oznámenie"),
2.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
2.3	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.3	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.4	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.6	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.
4.	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5.	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.
6.	Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum" a pod. pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	6.	Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum" a pod. pre potreby plnenia zmluvy.
7.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky (ak bola vyhotovená) objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	7.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky (ak bola vyhotovená) objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
8.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH"), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH"), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
9.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicly na e-mailovú adresu: podatelna@vus.ch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	9.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicly na e-mailovú adresu: podatelna@vus.ch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
 STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

10.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja objednávateľom do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, sa dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... % * z fakturovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t.j. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	10.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja objednávateľom do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, sa dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... % * z fakturovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t.j. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.
11.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	11.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
12.	Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným uchádzačom (t.j. dodávateľom) po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane: - uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú verejný obstarávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - uchádzač, ktorý verejnému obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo neuzavrieť s uchádzačom zmluvný vzťah a zrušiť verejný obstarávanie v príslušnej časti predmetu zákazky a v prípade, ak je to relevantné, odstúpiť od zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	12.	Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným uchádzačom (t.j. dodávateľom) po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane: - uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú verejný obstarávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - uchádzač, ktorý verejnému obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo neuzavrieť s uchádzačom zmluvný vzťah a zrušiť verejný obstarávanie v príslušnej časti predmetu zákazky a v prípade, ak je to relevantné, odstúpiť od zmluvy.
13.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	13.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
14.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
14.1	oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.1	oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
14.2	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.2	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
14.3	vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisná aktualizácia softvérového vybavenia zariadenia, k splneniu uvedenej povinnosti sa vyžaduje poskytnutie súčinnosti objednávateľa,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.3	vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisná aktualizácia softvérového vybavenia zariadenia, k splneniu uvedenej povinnosti sa vyžaduje poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
14.4	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.4	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
14.5	vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.5	vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
14.6	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou väd uvedených v bode 19. tejto časti,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.6	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou väd uvedených v bode 19. tejto časti,
14.7	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.7	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
14.8	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.8	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
14.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplyvajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplyvajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy.
15.	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do štyridsiatichôsmich (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	15.	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do štyridsiatichôsmich (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
16.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	16.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
16.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	16.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín,
16.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do stodvadsiatich (120) hodín, resp. v závažných prípadoch v termíne po dohode s objednávateľom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	16.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do stodvadsiatich (120) hodín, resp. v závažných prípadoch v termíne po dohode s objednávateľom.
17.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	17.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
 STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

17.1	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 10,- € (slovom: desať EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	17.1	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 10,- € (slovom: desať EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa,
17.2	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 10,- € (desať EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	17.2	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 10,- € (desať EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa.
18.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	18.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
19.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	19.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
20.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	20.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
21.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	21.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
22.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	22.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
23.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	23.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
24.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	24.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
25.	Požaduje sa, aby sa dodávateľ oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov objednávateľa zverejnenom na www.vusch.sk. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe objednávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	25.	Požaduje sa, aby sa dodávateľ oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov objednávateľa zverejnenom na www.vusch.sk. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe objednávateľa.
26.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	26.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY

Pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81 949 01 Nitra	Unique Medical s. r. o. Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava	BLUEMED s.r.o. Nevädzová 17211/6E 821 01 Bratislava	DEFINITÍVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY	
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady	Požaduje sa:	
		V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu		
6.1	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
6.2	Prospektový materiál	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.	Prospektový materiál
6.3	Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.	Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.