

Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie

Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 02/2023 vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Cievne protézy" za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

V rámci PTK boli oslovení 16 potencionálni dodávatelia, z ktorých 4 predložili svoju ponuku. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Cievne protézy

1.2 CPV:

33184200-5 Vaskulárne protézy
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Cievne protézy pre potreby Kliniky cievnej chirurgie.

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

- ☒ Áno - 4 časti
☐ Nie

3.1.b) Zoznam častí a položiek:

Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti.

Položka číslo	Názov časti predmetu zákazky/názov položky predmetu zákazky	Memá jednotka (MJ)	Požadovaný počet MJ na obdobie 36 mesiacov
Časť č. 1 - Vaskulárne pletené a tkané protézy so strieborným povlakom			
Položka č. 1	Bifurkačná protéza	ks	10
Položka č. 2	Lineárna protéza	ks	10
SPOLU			20
Časť č. 2 - Bifurkačné a lineárne protézy			
Položka č. 1	Bifurkačná protéza	ks	108
Položka č. 2	Lineárna protéza, typ 1	ks	88
Položka č. 3	Lineárna protéza, typ 2	ks	20
SPOLU			216
Časť č. 3 - Lineárne PTFE protézy vystužené a nevystužené			
Položka č. 1	Vystužená lineárna protéza	ks	40
Položka č. 2	Nevystužená lineárna protéza	ks	64
SPOLU			104
Časť č. 4 - Heparínové PTFE ptoézy			
Položka č. 1	Heparínové PTFE ptoézy	ks	36
SPOLU			36

3.2 Dostupnosť na trhu:

- ☒ Bežná dostupnosť
☐ Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		B. Braun Medical, s.r.o. Hlučinska 3 831 03 Bratislava				SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Bárdošova 2 831 01 Bratislava				TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava				UNOMED spol. s r.o. Zlatovská 2211 911 01 Trenčín				DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	
																		Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	
Časť č. 1 - Vaskulárne pletené a tkané protézy so strieborným povlakom		Časť č. 1				Časť č. 1				Časť č. 1				Časť č. 1				Časť č. 1	
Položka č. 1 - Bifurkačná protéza		Položka č. 1				Položka č. 1				Položka č. 1				Položka č. 1				Položka č. 1	
1.	rekonštrukcia v aortálnej oblasti,	splňa																1.	rekonštrukcia v aortálnej oblasti,
2.	pletené alebo tkané z polyesteru,	splňa																2.	pletené alebo tkané z polyesteru,
3.	polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iantom event. sieťovaným kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,	splňa																3.	polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iantom event. sieťovaným kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,
4.	s profylaktickou dlhotrvajúcou prevenciou proti infekciám implantátu,	splňa																4.	s profylaktickou dlhotrvajúcou prevenciou proti infekciám implantátu,
5	s vysokou biokompatibilitou umožňujúcou optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta, čo zlepšuje halding a dlhodobú priechodnosť rekonštrukcií,	splňa																5	s vysokou biokompatibilitou umožňujúcou optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta, čo zlepšuje halding a dlhodobú priechodnosť rekonštrukcií,
6	požaduje sa, aby BIFURKAČNÉ protézy boli k dispozícii minimálne v týchto uvedených veľkostiach:	splňa																6	požaduje sa, aby BIFURKAČNÉ protézy boli k dispozícii minimálne v týchto uvedených veľkostiach:
6.1	12mm x 6mm	splňa																6.1	12mm x 6mm
6.2	14mm x 7mm	splňa																6.2	14mm x 7mm
6.3	16mm x 8mm	splňa																6.3	16mm x 8mm
6.4	18mm x 9mm	splňa																6.4	18mm x 9mm
6.5	20mm x 10mm	splňa																6.5	20mm x 10mm
7.	požaduje sa, aby BIFURKAČNÉ protézy všetkých požadovaných veľkostí boli dostupné v dĺžke:	splňa																7.	požaduje sa, aby BIFURKAČNÉ protézy všetkých požadovaných veľkostí boli dostupné v dĺžke:
7.1	45cm, (tolerancia +/- 5cm)	splňa																7.1	45cm, (tolerancia +/- 5cm)
Položka č. 2 - Lineárna protéza		Položka č. 2				Položka č. 2				Položka č. 2				Položka č. 2				Položka č. 2	
1.	ekonštrukcia v aortálnej oblasti,	splňa																1.	rekonštrukcia v aortálnej oblasti,
2.	polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iantom event. sieťovým kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,	splňa																2.	polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iantom event. sieťovým kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,
3	polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iantom event. sieťovým kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,	splňa																3	polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iantom event. sieťovým kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,
4	s profylaktickou dlhotrvajúcou prevenciou proti infekciám implantátu,	splňa																4	s profylaktickou dlhotrvajúcou prevenciou proti infekciám implantátu,
5	s vysokou biokompatibilitou umožňujúcou optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta, čo zlepšuje halding a dlhodobú priechodnosť rekonštrukcií, dlhodobú priechodnosť rekonštrukcií,	splňa																5	s vysokou biokompatibilitou umožňujúcou optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta, čo zlepšuje halding a dlhodobú priechodnosť rekonštrukcií, dlhodobú priechodnosť rekonštrukcií,
6	požaduje sa, aby NEVYSTUŽENÉ lineárne protézy boli k dispozícii minimálne v týchto uvedených priemeroch a dĺžkach:	splňa																6	požaduje sa, aby NEVYSTUŽENÉ lineárne protézy boli k dispozícii minimálne v týchto uvedených priemeroch a dĺžkach:
6.1	6mm x 50cm (tolerancia +/- 10cm)	splňa																6.1	6mm x 50cm (tolerancia +/- 10cm)
6.2	6mm x 70cm (tolerancia +/- 10cm)	splňa																6.2	6mm x 70cm (tolerancia +/- 10cm)
6.3	7mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)	splňa																6.3	7mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
6.4	8mm x 15cm (tolerancia +/- 10cm)	splňa																6.4	8mm x 15cm (tolerancia +/- 10cm)
6.5	8mm x 30cm (tolerancia +/- 10cm)	splňa																6.5	8mm x 30cm (tolerancia +/- 10cm)
6.6	8mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)	splňa																6.6	8mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)

Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie

6.7	8mm x 60cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				6.7	8mm x 60cm (tolerancia +/- 10cm)
6.8	10mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				6.8	10mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
6.9	12mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				6.9	12mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
6.10	14mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				6.10	14mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
6.11	16mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				6.11	16mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
6.12	16mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				6.12	16mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
6.13	18mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				6.13	18mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
6.14	18mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				6.14	18mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
6.15	20mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				6.15	20mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
6.16	20mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				6.16	20mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
6.17	22mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				6.17	22mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
6.18	22mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				6.18	22mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
6.19	24mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				6.19	24mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
6.20	24mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				6.20	24mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
7.	požaduje sa, aby VYSTUŽENÉ lineárne protézy boli k dispozícii minimálne v týchto uvedených priemeroch a dĺžkach:	spĺňa				7.	požaduje sa, aby VYSTUŽENÉ lineárne protézy boli k dispozícii minimálne v týchto uvedených priemeroch a dĺžkach:
7.1	6mm x 60cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				7.1	6mm x 60cm (tolerancia +/- 10cm)
7.2	6mm x 90cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				7.2	6mm x 90cm (tolerancia +/- 10cm)
7.3	8mm x 30cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				7.3	8mm x 30cm (tolerancia +/- 10cm)
7.4	8mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				7.4	8mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
7.5	8mm x 60cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				7.5	8mm x 60cm (tolerancia +/- 10cm)
7.6	8mm x 90cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa				7.6	8mm x 90cm (tolerancia +/- 10cm)
Časť č. 2 - Bifurkačné a lineárne protézy		Časť č. 2	Časť č. 2	Časť č. 2	Časť č. 2	Časť č. 2	
Položka č. 1 - Bifurkačná protéza		Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	
1.	rekonštrukcia v aortálnej oblasti,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.	rekonštrukcia v aortálnej oblasti,
2.	pletená polyesterová cievna protéza,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.	pletená polyesterová cievna protéza,
3	impregnovaná odburavateľným kolagénom,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3	impregnovaná odburavateľným kolagénom,
4	neobsahujúca aldehydy ani izokyanidy,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4	neobsahujúca aldehydy ani izokyanidy,
5	priepustnosť vody < 10 ml/cm2/min	spĺňa	spĺňa	spĺňa	max. 0,1ml/cm2/min	5	priepustnosť vody < 10 ml/cm2/min
6	dĺžka bifurkačnej protézy: 45cm (tolerancia +/- 5cm)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6	dĺžka bifurkačnej protézy: 45cm (tolerancia +/- 5cm)
7	požaduje sa, aby bifurkačné protézy dĺžky 45cm (tolerancia +/- 5cm) boli k dispozícii minimálne v uvedených veľkostiach:	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7	požaduje sa, aby bifurkačné protézy dĺžky 45cm (tolerancia +/- 5cm) boli k dispozícii minimálne v uvedených veľkostiach:
7.1	12mm x 6mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.1	12mm x 6mm,
7.2	14mm x 7mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.2	14mm x 7mm,
7.3	16mm x 8mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.3	16mm x 8mm,
7.4	18mm x 9mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.4	18mm x 9mm,
7.5	20mm x 10mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.5	20mm x 10mm,
7.6	22mm x 11mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.6	22mm x 11mm,
7.7	24mm x 12mm.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.7	24mm x 12mm.
Položka č. 2 - Lineárna protéza, typ 1		Položka č. 2	Položka č. 2	Položka č. 2	Položka č. 2	Položka č. 2	
1.	rekonštrukcia v aortofemorálnej oblasti,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.	rekonštrukcia v aortofemorálnej oblasti,
2.	pletená polyesterová cievna protéza,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.	pletená polyesterová cievna protéza,
3	impregnovaná odburavateľným kolagénom,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3	impregnovaná odburavateľným kolagénom,
4	neobsahujúca aldehydy ani izokyanidy,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4	neobsahujúca aldehydy ani izokyanidy,
5	priepustnosť vody < 10 ml/cm2/min	spĺňa	spĺňa	spĺňa	max. 0,1ml/cm2/min	5	priepustnosť vody < 10 ml/cm2/min
6	dĺžka lineárnej protézy, typ 1: min. 25 cm - max. 40 cm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6	dĺžka lineárnej protézy, typ 1: min. 25 cm - max. 40 cm
7	požaduje sa, aby lineárne protézy dĺžky min. 25 cm - max. 40 cm boli k dispozícii minimálne v uvedených priemeroch:	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7	požaduje sa, aby lineárne protézy dĺžky min. 25 cm - max. 40 cm boli k dispozícii minimálne v uvedených priemeroch:
7.1	6 mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.1	6 mm,
7.2	7 mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.2	7 mm,
7.3	8 mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.3	8 mm,
7.4	10 mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.4	10 mm,
7.5	12 mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa	7.5	12 mm,
7.6	14 mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.6	14 mm,
7.7	16 mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.7	16 mm,
7.8	18 mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.8	18 mm,
7.9	20 mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.9	20 mm,
7.10	22 mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.10	22 mm,
7.11	24 mm.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.11	24 mm.
Položka č. 3 - Lineárna protéza, typ 2		Položka č. 3	Položka č. 3	Položka č. 3	Položka č. 3	Položka č. 3	
1.	rekonštrukcia v aortofemorálnej oblasti,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.	rekonštrukcia v aortofemorálnej oblasti,
2.	pletená polyesterová cievna protéza,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.	pletená polyesterová cievna protéza,
3	impregnovaná odburavateľným kolagénom,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3	impregnovaná odburavateľným kolagénom,
4	neobsahujúca aldehydy ani izokyanidy,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4	neobsahujúca aldehydy ani izokyanidy,

5	priepustnosť vody < 10 ml/cm2/min	spĺňa	spĺňa	spĺňa	max. 0,1ml/cm2/min	5	priepustnosť vody < 10 ml/cm2/min
6	dĺžka lineárnej protézy, typ 2: min. 55 cm - max. 70 cm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6	dĺžka lineárnej protézy, typ 2: min. 55 cm - max. 70 cm
7.	požaduje sa, aby lineárne protézy dĺžky min. 55 cm - max. 70 cm boli k dispozícii minimálne v uvedených prieroch:	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.	požaduje sa, aby lineárne protézy dĺžky min. 55 cm - max. 70 cm boli k dispozícii minimálne v uvedených prieroch:
7.1	6 mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.1	6 mm,
7.2	7 mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.2	7 mm,
7.3	8 mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.3	8 mm,
7.4	10 mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.4	10 mm,
7.5	12 mm,	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.5	12 mm,
7.6	14 mm.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.6	14 mm.
Časť č. 3 - Lineárne PTFE protézy vystužené a nevystužené		Časť č. 3	Časť č. 3	Časť č. 4	Časť č. 4	Časť č. 3	
Položka č. 1 - Vystužená lineárna protéza		Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	
1.	lineárna cievna PTFE protéza vystužená s odnímateľnými krúžkami výstuže,	spĺňa	spĺňa		spĺňa	1.	lineárna cievna PTFE protéza vystužená s odnímateľnými krúžkami výstuže,
2.	umožňujúca optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta,	spĺňa	spĺňa		spĺňa	2.	umožňujúca optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta,
3	maximálna ochrana proti strate krvi, proti zalomeniu alebo pri implantácii,	spĺňa	spĺňa		spĺňa	3	maximálna ochrana proti strate krvi, proti zalomeniu alebo pri implantácii,
4.	požaduje sa, aby vystužená lineárna protéza bola k dispozícii v týchto rozmeroch:	spĺňa	spĺňa		spĺňa	4.	požaduje sa, aby vystužená lineárna protéza bola k dispozícii v týchto rozmeroch:
4.1	vystužená lineárna protéza, typ 1:	spĺňa	spĺňa		spĺňa	4.1	vystužená lineárna protéza, typ 1:
	- štandardná hrúbka steny	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- štandardná hrúbka steny
	- priemer: 6mm	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- priemer: 6mm
	- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)
4.2	vystužená lineárna protéza, typ 2:	spĺňa	spĺňa		spĺňa	4.2	vystužená lineárna protéza, typ 2:
	- tenkostenná	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- tenkostenná
	- priemer: 6mm	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- priemer: 6mm
	- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)
4.3	vystužená lineárna protéza, typ 3:	spĺňa	spĺňa		spĺňa	4.3	vystužená lineárna protéza, typ 3:
	- tenkostenná	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- tenkostenná
	- priemer: 7mm	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- priemer: 7mm
	- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm)
Položka č. 2 - Nevystužená lineárna protéza		Položka č. 2	Položka č. 2	Položka č. 2	Položka č. 2	Položka č. 2	
1.	lineárna cievna PTFE protéza nevystužená,	spĺňa	spĺňa		spĺňa	1.	lineárna cievna PTFE protéza nevystužená,
2.	umožňujúca optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta,	spĺňa	spĺňa		spĺňa	2.	umožňujúca optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta,
3.	požaduje sa, aby nevystužená lineárna protéza bola k dispozícii v rozmeroch:	spĺňa	spĺňa		spĺňa	3.	požaduje sa, aby nevystužená lineárna protéza bola k dispozícii v rozmeroch:
3.1	nevystužená lineárna protéza, typ 1:	spĺňa	spĺňa		spĺňa	3.1	nevystužená lineárna protéza, typ 1:
	- štandardná hrúbka steny	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- štandardná hrúbka steny
	- priemer: 6mm	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- priemer: 6mm
	- dĺžka: 50cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- dĺžka: 50cm (tolerancia +/- 10cm)
3.2	nevystužená lineárna protéza, typ 2:	spĺňa	spĺňa		spĺňa	3.2	nevystužená lineárna protéza, typ 2:
	- štandardná hrúbka steny	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- štandardná hrúbka steny
	- priemer: 6mm	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- priemer: 6mm
	- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm)
3.3	nevystužená lineárna protéza, typ 3:	spĺňa	spĺňa		spĺňa	3.3	nevystužená lineárna protéza, typ 3:
	- štandardná hrúbka steny	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- štandardná hrúbka steny
	- priemer: 6mm	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- priemer: 6mm
	- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)
3.4	nevystužená lineárna protéza, typ 4:	spĺňa	spĺňa		spĺňa	3.4	nevystužená lineárna protéza, typ 4:
	- tenkostenná	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- tenkostenná
	- priemer: 6mm	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- priemer: 6mm
	- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)
3.5	nevystužená lineárna protéza, typ 5:	spĺňa	spĺňa		spĺňa	3.5	nevystužená lineárna protéza, typ 5:
	- tenkostenná	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- tenkostenná
	- priemer: 7mm	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- priemer: 7mm
	- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm)
3.6	nevystužená lineárna protéza, typ 6:	spĺňa	spĺňa		spĺňa	3.6	nevystužená lineárna protéza, typ 6:
	- tenkostenná	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- tenkostenná
	- priemer: 5mm	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- priemer: 5mm
	- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm).	spĺňa	spĺňa		spĺňa		- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm).
Časť č. 4 - Heparinové PTFE protézy		Časť č. 4	Časť č. 4	Časť č. 4	Časť č. 4	Časť č. 4	
Položka č. 1 - Heparinová PTFE protéza		Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	
1.	Typ č. 1 - Heparinová protéza 5mm x 40cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			1.	Typ č. 1 - Heparinová protéza 5mm x 40cm (tolerancia +/- 5 cm)
1.1	priemer: 5 mm	spĺňa	spĺňa			1.1	priemer: 5 mm
1.2	dĺžka: 40 cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			1.2	dĺžka: 40 cm (tolerancia +/- 5 cm)
1.3	tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa			1.3	tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
1.4	tenkostenná (0,4mm) a vystužená,	spĺňa	spĺňa			1.4	tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
1.5	so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa			1.5	so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
2.	Typ č. 2 - Heparinová protéza 5mm x 70cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			2.	Typ č. 2 - Heparinová protéza 5mm x 70cm (tolerancia +/- 5 cm)
2.1	priemer: 5 mm	spĺňa	spĺňa			2.1	priemer: 5 mm
2.2	dĺžka: 70 cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			2.2	dĺžka: 70 cm (tolerancia +/- 5 cm)
2.3	tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa			2.3	tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
2.4	tenkostenná (0,4mm) a vystužená,	spĺňa	spĺňa			2.4	tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
2.5	so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa			2.5	so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
3.	Typ č. 3 - Heparinová protéza 6mm x 20cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			3.	Typ č. 3 - Heparinová protéza 6mm x 20cm (tolerancia +/- 5 cm)
3.1	priemer: 6 mm	spĺňa	spĺňa			3.1	priemer: 6 mm

Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie

3.2	dĺžka: 20 cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			3.2	dĺžka: 20 cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa		
3.3	so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa			3.3	so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa		
4.	Typ č. 4 - Heparinová protéza 6mm x 50cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			4.	Typ č. 4 - Heparinová protéza 6mm x 50cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa		
4.1	priemer: 6 mm	spĺňa	spĺňa			4.1	priemer: 6 mm	spĺňa	spĺňa		
4.2	dĺžka: 50 cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			4.2	dĺžka: 50 cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa		
4.3	tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa			4.3	tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa		
4.4	tenkostenná (0,4mm) a vystužená,	spĺňa	spĺňa			4.4	tenkostenná (0,4mm) a vystužená,	spĺňa	spĺňa		
4.5	so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa			4.5	so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa		
4.6	so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.	spĺňa	spĺňa			4.6	so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.	spĺňa	spĺňa		
5.	Typ č. 5 - Heparinová protéza 6mm x 80cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			5.	Typ č. 5 - Heparinová protéza 6mm x 80cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa		
5.1	priemer: 6 mm	spĺňa	spĺňa			5.1	priemer: 6 mm	spĺňa	spĺňa		
5.2	dĺžka: 80 cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			5.2	dĺžka: 80 cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa		
5.3	tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa			5.3	tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa		
5.4	tenkostenná (0,4mm) a vystužená,	spĺňa	spĺňa			5.4	tenkostenná (0,4mm) a vystužená,	spĺňa	spĺňa		
5.5	so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.	spĺňa	spĺňa			5.5	so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.	spĺňa	spĺňa		
6.	Typ č. 6 - Heparinová protéza 7mm x 20cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			6.	Typ č. 6 - Heparinová protéza 7mm x 20cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa		
6.1	priemer: 7 mm	spĺňa	spĺňa			6.1	priemer: 7 mm	spĺňa	spĺňa		
6.2	dĺžka: 20 cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			6.2	dĺžka: 20 cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa		
6.3	so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa			6.3	so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa		
7.	Typ č. 7 - Heparinová protéza 7mm x 50cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			7.	Typ č. 7 - Heparinová protéza 7mm x 50cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa		
7.1	priemer: 7 mm	spĺňa	spĺňa			7.1	priemer: 7 mm	spĺňa	spĺňa		
7.2	dĺžka: 50 cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			7.2	dĺžka: 50 cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa		
7.3	tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa			7.3	tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa		
7.4	tenkostenná (0,4mm) a vystužená,	spĺňa	spĺňa			7.4	tenkostenná (0,4mm) a vystužená,	spĺňa	spĺňa		
7.5	so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa			7.5	so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa		
7.6	so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.	spĺňa	spĺňa			7.6	so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.	spĺňa	spĺňa		
8.	Typ č. 8 - Heparinová protéza 7mm x 80cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			8.	Typ č. 8 - Heparinová protéza 7mm x 80cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa		
8.1	priemer: 7 mm	spĺňa	spĺňa			8.1	priemer: 7 mm	spĺňa	spĺňa		
8.2	dĺžka: 80 cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			8.2	dĺžka: 80 cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa		
8.3	tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa			8.3	tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa		
8.4	tenkostenná (0,4mm) a vystužená,	spĺňa	spĺňa			8.4	tenkostenná (0,4mm) a vystužená,	spĺňa	spĺňa		
8.5	so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.	spĺňa	spĺňa			8.5	so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.	spĺňa	spĺňa		
9.	Typ č. 9 - Heparinová protéza 8mm x 50cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			9.	Typ č. 9 - Heparinová protéza 8mm x 50cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa		
9.1	priemer: 8 mm	spĺňa	spĺňa			9.1	priemer: 8 mm	spĺňa	spĺňa		
9.2	dĺžka: 50 cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			9.2	dĺžka: 50 cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa		
9.3	tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa			9.3	tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa		
9.4	tenkostenná (0,4mm) a vystužená,	spĺňa	spĺňa			9.4	tenkostenná (0,4mm) a vystužená,	spĺňa	spĺňa		
9.5	so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa			9.5	so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa		
9.6	so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená,	spĺňa	spĺňa			9.6	so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená,	spĺňa	spĺňa		
10.	Typ č. 10 - Heparinová protéza 8mm x 80cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			10.	Typ č. 10 - Heparinová protéza 8mm x 80cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa		
10.1	priemer: 8 mm	spĺňa	spĺňa			10.1	priemer: 8 mm	spĺňa	spĺňa		
10.2	dĺžka: 80 cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa			10.2	dĺžka: 80 cm (tolerancia +/- 5 cm)	spĺňa	spĺňa		
10.3	tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa			10.3	tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,	spĺňa	spĺňa		
10.4	tenkostenná (0,4mm) a vystužená,	spĺňa	spĺňa			10.4	tenkostenná (0,4mm) a vystužená,	spĺňa	spĺňa		
10.5	so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.	spĺňa	spĺňa			10.5	so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.	spĺňa	spĺňa		
11.	Spoločné požiadavka na predmet zákazky (pre každý typ)	spĺňa	spĺňa			11.	Spoločné požiadavka na predmet zákazky (pre každý typ)	spĺňa	spĺňa		
11.1	heparinom impregnovaná cievna protéza,	spĺňa	spĺňa			11.1	heparinom impregnovaná cievna protéza,	spĺňa	spĺňa		
11.2	z expandovaného polytetrafluóretylénu (ePTFE),	spĺňa	spĺňa			11.2	z expandovaného polytetrafluóretylénu (ePTFE),	spĺňa	spĺňa		
11.3	s bioaktívnou heparínovou povrchovou vrstvou,	spĺňa	spĺňa			11.3	s bioaktívnou heparínovou povrchovou vrstvou,	spĺňa	spĺňa		
11.4	povrch lumenu protézy potiahnutý vysokomolekulárnym heparínom,	spĺňa	spĺňa			11.4	povrch lumenu protézy potiahnutý vysokomolekulárnym heparínom,	spĺňa	spĺňa		
11.5	v prípade vystuženej heparínovej protézy sa požaduje s odnímateľným vonkajším špirálovým vystužením z PTFE (na použiteľ v oblastiach s vysokým nebezpečenstvom kompresie a zalomenia).	spĺňa	spĺňa			11.5	v prípade vystuženej heparínovej protézy sa požaduje s odnímateľným vonkajším špirálovým vystužením z PTFE (na použiteľ v oblastiach s vysokým nebezpečenstvom kompresie a zalomenia).	spĺňa	spĺňa		

5. ZMLUVNÉ PODMIENKY PREDMETU ZÁKAZKY

Minimálne zmluvné podmienky predmetu zákazky:		B. Braun Medical, s.r.o. Hlučínska 3 831 03 Bratislava				SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Bárdosova 2 831 01 Bratislava		TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava		UNOMED spol. s r.o. Zlatovská 2211 911 01 Trenčín		DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZAKAZKY	
		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky				V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty						Požaduje sa:	
1.	Požaduje sa uzatvorenie Rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie dvadsiatichtyroch (24) kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.	Požaduje sa uzatvorenie Rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie dvadsiatichtyroch (24) kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2.	Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.	Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa.
3.	Požaduje sa dodanie tovaru:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3.	Požaduje sa dodanie tovaru:
3.1	do štyridsiaticichšmich (48) hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.1	do štyridsiaticichšmich (48) hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,
3.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky).	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky).
3.3	v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.3	v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,
3.4	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti Rámcovej dohody).	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.4	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti Rámcovej dohody).
3.5	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, číslo Rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.5	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, číslo Rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).

Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie

4.	<p>V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.</p> <p>Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.	<p>V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.</p> <p>Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.</p>
5.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
6.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu Objednávky Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	6.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu Objednávky Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
7.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej Rámcovej dohody.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	7.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej Rámcovej dohody.
8.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusuch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusuch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
9.	Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s:	xxx	akceptujem	akceptujem	akceptujem	9.	Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s:
	a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem		a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,
	b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a diietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem		b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a diietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
	c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem		c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou,
	d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem		d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,
	e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem		e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.,
	f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem		f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.
10.	V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od Rámcovej dohody.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	10.	V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od Rámcovej dohody.
11.	<p>Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo- Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: <p>Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ:</p> <ul style="list-style-type: none">- uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknuť ceny, alebo- neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej Rámcovej dohody.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	11.	<p>Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo- Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: <p>Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ:</p> <ul style="list-style-type: none">- uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknuť ceny, alebo- neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej Rámcovej dohody.
12.	V prípade, ak sa po uzatvorení Rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako bude obsiahnuté v Rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa Rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa Rámcovej dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takúto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej Rámcovej dohody a nižšou cenou.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	12.	V prípade, ak sa po uzatvorení Rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako bude obsiahnuté v Rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa Rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa Rámcovej dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takúto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej Rámcovej dohody a nižšou cenou.
12.1	<p>Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 12. týchto zmluvných podmienok.</p> <p>V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo Rámcovú dohodu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	12.1	<p>Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 12. týchto zmluvných podmienok.</p> <p>V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo Rámcovú dohodu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.</p>
13.	<p>Požaduje sa, aby Dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien:</p> <ul style="list-style-type: none">- údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/z Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.),- ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	13.	<p>Požaduje sa, aby Dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien:</p> <ul style="list-style-type: none">- údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/z Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.),- ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.
14.	Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania Rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.	Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania Rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
15.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nepotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 9. - 13. týchto zmluvných podmienok.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	15.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nepotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 9. - 13. týchto zmluvných podmienok.
16.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postupenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	16.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postupenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
17.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od Rámcovej dohody. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	17.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od Rámcovej dohody. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
18.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Blížšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	18.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Blížšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
19.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činnosti vyplývajúcej z uzatvorenej Rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	19.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činnosti vyplývajúcej z uzatvorenej Rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
20.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení Rámcovej dohody oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na www.vusuch.sk. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď doručená a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	20.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení Rámcovej dohody oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na www.vusuch.sk. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď doručená a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.

Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie

21.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhovú konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/ .	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	21.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhovú konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/ .
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY							
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		B. Braun Medical, s.r.o. Hlučinska 3 831 03 Bratislava	SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Bárdošova 2 831 01 Bratislava	TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava	UNOMED spol. s r.o. Zlatovská 2211 911 01 Trenčín	DEFINITÍVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY	
		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu				Požaduje sa:	
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2.	Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.	Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.
3.	Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.	Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
4.	Prospektový materiál	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.	Prospektový materiál